

Goiania, 14 de junho de 2022.

TERMO DE REFERENCIA

Nº01/2022

Local: CEAP-SOL.

De: Fisioterapia Ambulatorial;


Para: Diretoria Técnica / Coordenação Geral Assistencial /Coordenação ADM;

Assunto: Aquisição de Material.

1. MATERIAL DE AQUISIÇÃO

- 01 Kit cabeçote de silicone com NTC - Transdutor 1 MHz e 3 MHz;
- 01 Fusível de proteção sobressalente
- 01 Cabo de força destacável;

(Marca – IBRAMED)



2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL AO É ACOPLADO;

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS (TRANSDUTOR IBRAMED)
------	--


 César Almeida de Assunção
 Comprador

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

CEAP-SOL

Centro Estadual de Atenção Prolongada
e Casa de Apoio Condomínio Solidarietàade



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



2.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela: display gráfico de LCD; • Ultrassom 1 e 3 MHz; • Potência: 21 W; • ERA: 7 cm²; • Modo: Contínuo e Pulsado; • Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; • Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; • Timer: 1 a 30 min; • 46 pré-programados e 20 protocolos particulares; • Entrada para terapia combinada; • Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; • Potência de entrada - consumo: 100 V. • Bivolt 100/240V 50/ 60Hz • Dimensões (cm): 31,5 X 36,5 X 12 (L X P X A) • Peso: 2,2 kg
2.1.2	<p>Garantia de funcionamento da mesma marca (IBRAMED) O uso de cabos, eletrodos e outros acessórios diferentes dos especificados acima, podem resultar em aumento das emissões ou diminuição da vida útil do equipamento.</p>

3. JUSTIFICATIVAS PARA A AQUISIÇÃO

- Diretoria Técnica / Coordenação Geral Assistencial /Coordenação ADM; Visando a necessidade de um atendimento de qualidade e agregando nas condutas fisioterapêutica, faz-se necessário da aquisição deste equipamento (Cabo) Na Fisioterapia Ambulatorial.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Descrição do Produto	Quantidade
1	Cabo Transdutor com cabeçote de silicone com NTC - 1 MHz e 3 MHz;	01 unidades

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

6.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

6.3. Os pedidos deverão ser entregues no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidarietàade – CEAP-SOL das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em

6.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento.

Atenciosamente,


Dr. Carlos Henrique de A. Costa
Fisioterapeuta
CREDITO 266754-F

Carlos Henrique de Assis Costa
FISIOTERAPEUTA 266754-F
CEAP-SOL


César Almeida de Assunção

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.