

Ord. Compra: 95214 Cód. Integr: Solicitação: 54570 Solic: CEAP-SOL - FISIOTERAPIA  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 17/01/2024  
Fornecedor: 154864 HAND SHOP - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 00.267.908/0001-66 Insc Est.:  
Endereço: PASTEUR Nr.: 0 Compl.: AVENIDA  
Bairro: SANTA EFIGENIA Cep: 30150290  
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 N° 0 CNPJ: 0  
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: GOIANIA Fone/Fax: -  
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 17/01/2024 à 17/01/2024 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Total
68820 - APARELHO DE ELETROEST. FES/TENS PORTATIL 2 CANAIS 35 PROTOCO				UNIDADE	2,0000	897,0000	0,0000	0,00	0,0000	1,794,00

Especificação: APARELHO TENS PARA FISIOTERAPIA E ELETROTERRAPIA 2 CANAIS

APARELHO ELETROESTIMULAÇÃO TENS, FES BRST – 02 CANAIS; CORRENTE: TENS E FES 02 CANAIS INDEPENDENTES; 25 PROTOCOLOS PRÉ- PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES; POTENCIA DE ENTRADA 50/60HZ; VOLTAGEM : BIVOLT AUTOMÁTICO;

TENS:

INTENSIDADE: 0 A 120 MA;

FREQUÊNCIA: 0,5 A 250 HZ

MODO: CONVENCIONAL, VIF, BURST;

RAMPAS: RISE(1-9S), ON(1-60S), DECAY(1-9S);

FES

INTENSIDADE: 0 A 120MA;

FREQUENCIA: 0,5 A 250 HZ;

PULSO: 50 A 500 HZ;

MODO: SINCRONIZADO, RECÍPROCO, SINCRONIZADO VIF E RECIPROCO VIF;

RAMPAS: RISE(1-9S), ON(1-60), DECAY(1-9S), OFF(1-60S).

Detalhamento:

68821 - APARELHO DE ELETROEST. FES/TENS PORTATIL 4 CANAIS				UNIDADE	1,0000	1.528,0000	0,0000	0,00	0,0000	1,528,00
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação: APARELHO DE TENS 04 CANAIS

O EQUIPAMENTO NEURO ESTIMULADOR ELÉTRICO TRANSCUTÂNEO TENS MED IV 4034 DE QUATRO CANAIS, POSSUI CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DE MICRO CONTROLADOR, OFERECENDO SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO SÃO MOSTRADOS EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), PERMITINDO AO USUÁRIO VISUALIZAR TODOS OS PARÂMETROS PROGRAMADOS. O USO DE TECLADO DE MEMBRANA COM TECLAS INDEPENDENTES PARA A PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE INTENSIDADE PERMITEM AO USUÁRIO FACILIDADE NA

Este documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Antônio Jorge Almeida Maciel, Larissa de Souza e Thaisa Martins Alves de Castro Antonias. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YW5XP-99JXM-AWN9L-PTZYC>

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
UTILIZAÇÃO.										
ALIMENTAÇÃO: 100 A 240VAC 50/60HZ										
CONSUMO MÁXIMO: 12 VA										
FUSÍVEL: 0,50A 250V 20AG										
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50 / 60 HZ										
CONSUMO À MÁXIMA POTÊNCIA: 8 VA										
FORMA DO PULSO: RETANGULAR BIFÁSICO ASSIMÉTRICO										
INTENSIDADE MÁXIMA POR CANAL: 100 MA ± 10 % (RL = 500 W)										
TIMER DIGITAL: 1 A 60 MINUTOS.( ± 1% ). EM PASSOS DE 1 MINUTO										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.322,00
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
<b>Valor Total (=):</b>	<b>3.322,00</b>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

PR-01-283

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Antônio Jorge Almeida Maciel, Larissa de Souza Melo e Thaisa Martins Alves de Castro Antonias. Para validar o documento suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YW5XP-99JXM-AWN9L-PTZYC>

