


Goiânia, 26 de Janeiro de 2023

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 029/2023**De:** Engenharia Clínica do HDT**Para:** Contratos – HDT**Assunto:** Manutenção corretiva em monitor multiparamétrico ALFAMED HDT

Local: UTI Adulto

Considerando o monitor multiparamétrico NS VI12002225 que sofreu queda na UTI Adulto e quebrou o display.

Considerando a necessidade de reparo deste monitor, justifico este serviço.



Abdon Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA: 778379-GO
HDT/ISG

Abdon Marques Cunha
Engenheiro Clínico no HDT



Eng. Allan Fonseca Osório
Coordenador de Engenharia e Manutenção
CREA: 700758168D/GO
HDT/ISG



Camila Costa
Gerente Administrativo
HDT/ISG