

# Cirurgia & Video

Valparaiso de Goiás - GO 09/09/21

Cliente: Hospital de doenças tropicais HDT  
CNPJ: 03.969.808/0003-31  
End: Av Olinda Qd H4 Lote 01 - Park Lozandes  
CEP: 74.844-120  
Goiânia - GO  
Fone: (62) 9 8642-7635  
E-mail: [engenharia.hdt@isgsaude.org](mailto:engenharia.hdt@isgsaude.org)

## Orçamento 511

Equipamento: Colonoscópio  
Marca: Olympus  
Modelo: CF-VL  
Serial: 2600009  
Acessórios: Sem acessórios

## Laudo

Defeitos encontrados: Cabo de angulação partido.

Serviços a realizar: Troca dos 04 cabos de angulação, troca da malha e da borracha da ponta articulável.

Valor total: R\$ 3.000,00

20.956.230/0001-36  
CIRURGIA & VÍDEO  
RUA MARAJÓ QD.1, COND. VARANDAS II, LT.09  
LOJA PL1-204W, B. YPIRANGA CEP 72.879-274  
VALPARAISO DE GOIÁS - GO

Cirurgia e vídeo

CNPJ: 20.956.230/0001-36

Rua Marajó Qd.1, Lt.09, cond. Varandas II, Loja PL1 - 204W, B. Ypiranga CEP:72.879 - 279 - Valparaiso de Goiás - GO

# Cirurgia & Video

Valparaíso de Goiás - GO 09/09/21

Cliente: Hospital de doenças tropicais HDT  
CNPJ: 03.969.808/0003-31  
End: Av Olinda Qd H4 Lote 01 - Park Lozandes  
CEP: 74.844-120  
Goiânia - GO  
Fone: (62) 9 8642-7635  
E-mail: [engenharia.hdt@isgsaude.org](mailto:engenharia.hdt@isgsaude.org)

## Orçamento 669

**Equipamento:** Gastrosκόpio  
**Marca:** Olympus  
**Modelo:** GIF-V  
**Serial:** 2721513  
**Acessórios:** Sem acessórios

## Laudo

**Defeitos encontrados:** Equipamento infiltrado, com vazamento no cone do tubo de inserção, tubo de inserção abaixo do cone

**Serviços a realizar:** Troca do tubo de inserção, canal de biópsia, dos 04 cabos de angulação, troca da malha e da borracha da ponta articulável

Valor total: R\$ 5.630,00

20.956.230/0001-36  
CIRURGIA & VÍDEO  
RUA MARAJÓ QD.1, LT.09, COND. VARANDAS II, LOJA PL1-204W, B. YPIRANGA CEP 72.879-274  
VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

Cirurgia e vídeo

CNPJ: 20.956.230/0001-36

Rua Marajó Qd.1, Lt.09, cond. Varandas II, Loja PL1 – 204W, B. Ypiranga CEP:72.879 – 279 – Valparaíso de Goiás - GO