

Goiânia, 18 de abril de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA****T.R. Nº 003/2018**

De : Serviço de Vigilância em Saúde (SVS).

Para : Gerência Administrativa/HDT.

**1.MATERIAL**


- Aquisição de rádio comunicador para as áreas assistências do HDT/HAA.

**2.DESCRICÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

Item	Quantidade	Descrição dos objetos
I	10	- Radio de comunicação Marca: Modelo: 777s Saída: 5v Canais: 16 Alimentação: 110V-240V (Bivolt) Alcance de frequência: 400-470MHz. Bateria de Lítio – Capacidade 1.500Mah Duração da bateria: Aproximadamente 10hrs Alcance: 12KM em campo aberto e 800M em local fechado. Espaçamento entre canais: 25Khz Impedância da antena: 50 Potência de saída RF: 3W Distorção de áudio: 5% Transmissão corrente: 1.3A Tensão operado:3.7V Seletividade: 55dB/50dB Resposta especulativo: 60dB Potência de saída de áudio: 1000mW Novo padrão brasileiro de tomadas Tempo de carregamento: 4 horas Dimensões: 11,5 x 6 x 3,3 cm Dimensão: 115mm X 60mm X 33mm. Rádio VHF/UHF transceptor FM. Peso:198 g

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

>> Imagens meramente ilustrativas:



### 3.DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

- O(s) objeto(s) solicitado se destinam a(s) Ala(s): A, B, C, D e Setor de Emergência.

- A Solicitação do(s) objeto(s) supracitados, se faz necessária em razão do cumprimento da rotina FLU MULT 007 SINAIS DE ALERTA PARA ACIONAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA CÓDIGO AMARELO e FLU MULT 008 SINAIS DE ALERTA PARA ACIONAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA CÓDIGO AZUL, para a efetiva comunicação entre as equipes de enfermagem e equipes médicas, tendo em vista a avaliação de possíveis intercorrências com os pacientes internados.

Atualmente o acionamento é realizado via telefone, onde foram referidas falhas de comunicação que resultaram danos ao paciente. Dessa forma, foi evidenciado que este meio de comunicação é inadequado. A presente solicitação se faz indispensável, visando garantir melhores práticas de atendimento ao paciente e aperfeiçoando à segurança, e, por seguinte, à melhor execução das rotinas estabelecidas na instituição.



#### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO.

3603 - 10 (dez) unidades.

- Em relação a memória de cálculo, entendemos que não se aplica.

#### 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuarauad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 ( cinco ) dias corridos;

5.4.0 FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5.0 FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

#### 6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Ismael Moreira da Rocha Júnior  
Comprador  
HDT / ISG / GO

- 6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.
- 6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorra os pagamentos das faturas.
- 6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 0, AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.
- 6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

  
**Thais Yoshida**  
Coordenadora do Serviço de Vigilância em Saúde  
HDT/HAA  
SVS/HDT/ISG

  
**Antônio Jorge de A. Maciel**  
Gerente Administrativo  
HDT/HAA