

Goiânia, 12 de Abril de 2018

7319

58212164

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 04/2018

De: CME/CC

Para: Setor de Compras

**1. MATERIAL**

1.1 Circuito Universal para Ventilação Mecânica (Adulto) 23159

1.2 Circuito compatível com ventilador New Port para Ventilação Mecânica. (Adulto) 23.160

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

1.1 Circuito Universal em silicone autoclavável Adulto, contendo: 02 traqueias de 160 cm, 01 conector Y 90° fechado autoclavável em polisulfona. O produto deverá possuir registro na ANVISA..

1.2 Circuito para ventilação compatível com ventilador New Port, contendo 04 traqueias de silicone 22x600mm, 01 traquéia de silicone 22X400mm, 01 conector Y adulto com furo em policarbonato com tampão de silicone (interno 15mm) e (externo 22mm), 01 dreno coletor de água (polisulfona) e 01 tubo proximal de silicone 1600mm.

**3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO**


Acessório para respirador indicado para a distribuição de gases nos procedimentos de ventilação mecânica e anestesia, utilizados nos procedimentos médico-hospitalares. Será destinado para todas as unidades de internação.

**4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Item 1.1 – 05 unidades

Item 1.2 – 05 unidades

  
Sabrina Karla de Lima  
Enfermeira Supervisora CME/CC  
Coren:422943

  
Antônio Jorge de A. Maciel  
Gerente Administrativo  
HDT/HAA  
13/04/18

  
Tereza Cristina Duarte  
Coordenação de Enfermagem  
HDT/HAA  
COREN-GO: 47.388

  
Vander de Monteiro dos S. Junior  
Comprador  
HDT/HAA