

Goiânia, 01 de Fevereiro de 2022.

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**TR. Nº 001/2022**

De: Engenharia Clínica do HDT

Para: Dept. de Compras


**1. MATERIAL:**

Aquisição de mangueiras de oxigênio e ar comprimido

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL:**

Item	Especificação	Qde
1	Mangueira para conduzir oxigênio do posto de saída o oxigênio ao ventilador pulmonar. Deve ser constituída de nylon trançado na cor verde. Deve suportar pressão de pelo menos 10 Kgf/cm2 Comprimento mínimo de 5 metros. Garantia mínima de 1 ano Deve possuir conector de encaixe para Ventilador Maquet SERVO S	4
2	Mangueira para conduzir ar comprimido do posto de saída de ar comprimido medicinal ao ventilador pulmonar. Deve ser constituída de nylon trançado na cor amarela. Deve suportar pressão de pelo menos 10 Kgf/cm2 Comprimento mínimo de 5 metros. Garantia mínima de 1 ano Deve possuir conector de encaixe para Ventilador Maquet SERVO S	4
3	Mangueira para conduzir oxigênio do posto de saída o oxigênio ao ventilador pulmonar.	6

Flávia Carvalheiro da Silva  
Compradora  
HDT/MSG-GO




	<p>Deve ser constituída de nylon trançado na cor verde.</p> <p>Deve suportar pressão de pelo menos 10 Kgf/cm<sup>2</sup></p> <p>Comprimento mínimo de 5 metros.</p> <p>Garantia mínima de 1 ano</p> <p>Deve possuir conector de encaixe para Ventilador Purittan Bennett 840</p>	
4	<p>Mangueira para conduzir ar comprimido do posto de saída de ar comprimido medicinal ao ventilador pulmonar.</p> <p>Deve ser constituída de nylon trançado na cor amarela.</p> <p>Deve suportar pressão de pelo menos 10 Kgf/cm<sup>2</sup></p> <p>Comprimento mínimo de 5 metros.</p> <p>Garantia mínima de 1 ano</p> <p>Deve possuir conector de encaixe para Ventilador Purittan Bennett 840</p>	6
5	<p>Mangueira para conduzir oxigênio do posto de saída o oxigênio ao ventilador pulmonar.</p> <p>Deve ser constituída de nylon trançado na cor verde.</p> <p>Deve suportar pressão de pelo menos 10 Kgf/cm<sup>2</sup></p> <p>Comprimento mínimo de 5 metros.</p> <p>Garantia mínima de 1 ano</p> <p>Deve possuir conector de encaixe para Ventilador Newport E500</p>	6
6	<p>Mangueira para conduzir ar comprimido do posto de saída de ar comprimido medicinal ao ventilador pulmonar.</p> <p>Deve ser constituída de nylon trançado na cor amarela.</p> <p>Deve suportar pressão de pelo menos 10 Kgf/cm<sup>2</sup></p> <p>Comprimento mínimo de 5 metros.</p> <p>Garantia mínima de 1 ano</p> <p>Deve possuir conector de encaixe para Ventilador Newport E500</p>	6

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

**HDT**

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde




Foto ilustrativa itens 1 e 2

*Flávia Carvalho da Silva*  
Compradora  
HDT/SG-GO


*[Handwritten signature]*

**HDT**

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad




SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



Fotos ilustrativas para os itens 3 e 4

**Flávia Carvalho da Silva**  
Compradora  
HDT/SG-GO



Fotos ilustrativas para os itens 5 e 6

**3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO:**

*Flávia Carvalho da Silva*  
Compradora  
HDT/ISG-GO

Destinação: UTIs, tomografia, ALAs e Emergencia

Considerando o parque hospitalar de ventiladores pulmonares do HDT.

**HDT**

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad



SES  
Secretaria do Estado  
da Saúde



**5.4.** O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;


**5.5.** O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

**6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**


**6.1.** A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda Quadra: H 4 LT 1/03 – Parque lozandes - CEP 74.884.120 – Goiânia – Goiás.

**6.2.** As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

  
Abdon Marques Cunha  
Engenheiro Clínico  
CREA: 7783/D-GO  
HDT/ISG  
Engenharia Clínica do HDT

  
Camila Costa  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

  
Allan Fonseca Osório  
Coordenador de Manutenção  
HDT/ISG

  
Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO