

Goiânia, 15 de Outubro de 2021.

TERMO DE REFERÊNCIA**TR. Nº 109/2021**

De: Engenharia Clínica do HDT



Para: Dept. de Compras

1. MATERIAL:

Maca de transferência

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL:

Item	Especificação	Qde
1	<p>MACA DE TRANSFERENCIA</p> <p>Deve realizar o movimento do dorso do leito</p> <p>Deve ser acionada por cremalheira.</p> <p>Deve realizar movimento de transferência do leito entre os dois carros.</p> <p>O acoplamento deve ser através de engates simples e rápidos, com sistema de travamento e destravamento eficiente e seguro. Transferência do leito de uma base para outra forma de forma suave, através de no mínimo 6 roldanas em nylon tecnil (ou material equivalente) evitando ruídos.</p> <p>Deve ser composto pôr 2 carros construídos em tubos de aço inoxidável AISI 304 ou material superior</p> <p>CHASSI: Estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304 ou material superior</p> <p>O leito deve ser construído em chapa de aço inoxidável AISI 304d</p> <p>Perfil de barra chata em aço inoxidável em todo o perímetro do leito revestido com perfil de PVC resistente a impacto.</p> <p>4 rodas/rodízios de no mínimo de 8" polegadas com garfo zincada, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente. para cada carro.</p>	2

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO




Grades de abaixar em tubo de aço inoxidável AISI 304, com mecanismo de trava rápida.

Acabamento com polimento escovado ou sistema semelhante, com soldas e cantos sem rebarba

Dimensões aproximadas:

MACA:

- EXTERNAS: 1950 mm X 750 mm (CxL)

- INTERNAS: 1800 mm X 600 mm. (CxL)

Capacidade de transportar pacientes de 150 KG ou mais

Deve possuir registro da ANVISA vigente

Garantia mínima de 1 (um) ano

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO:

Local: Centro cirúrgico

Considerando a necessidade de realizar a transferência dos pacientes para dentro da sala de cirurgia de forma segura.

Considerando a quantidade insuficiente dessas mesa de transferência devido a demanda atual, justifica-se e aquisição deste equipamento.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Item 1 – 2 (duas) unidades;

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade

Ismael Moreira da Rocha
Comprador
HDT / ISG - GO

aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;


5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda Quadra: H 4 LT 1/03 – Parque lozandes - CEP 74.884.120 – Goiânia – Goiás.

6.2. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.


Abdon Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA: 7793/D-GO
HDT/ISG
Abdon Marques Cunha
Engenharia Clínica do HDT


Patrícia Lisboa
RT e Coordenadora de Enfermagem
HDT/ISG


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO


Antonio Jorge de Almeida Maciel
Gerente Administrativo
HDT/ISG


Allan Fonseca Osório
Coordenador de Manutenção
HDT/ISG