



# GOIÁS MED

## Assistência Técnica

Equipamentos Médicos e Hospitalares

CNPJ 18.862.141/0001-89  
Rua. Av São Paulo Qd 03L1 10A  
Bairro: Vila São Joao  
E-mail: goiasmed@gmail.com  
CEP 75.254-741

Goiânia, 14 de Setembro de 2021

Para: Hospital de doenças tropicais HDT  
CNPJ: 03.969.808/0003-51  
End: Av Olinda Qd H4 Lote 01 - Park Lozandes  
CEP: 74.844-120 Goiânia - GO  
Fone: (62) 9.8642-7635

### Orçamento n° 837

Equipamento:	Marca:	Modelo:	N° de série:
Gastroscoópio	Olympus	GIF-V	2721513

Acessórios: Não constam acessórios

**Defeitos encontrados:** Tubo de inserção quebrado abaixo do cone, canal de biópsia com vício de trabalho, equipamento com infiltração e vazamento no cone do tubo de inserção

**Serviços a realizar:** Troca do tubo de inserção, dos 04 cabos de angulação, canal de biópsia, kit de vedação, malha e borracha da ponta articulável.

Valor Total: R\$ 5.380,00.

Goiás Med  
CNPJ 18.862.141/0001-89  
Rua. Av São Paulo Qd 03L1 10A  
Bairro: Vila São Joao - Goiânia - GO  
Fone: (62) 9.8642-7635  
Goiás Med





# GOIÁS MED

**Assistência Técnica**

Equipamentos Médicos E Hospitalares

CNPJ: 18.862.141/0001-89  
Rua: Av São Paulo Qd 03 Lt 10A  
Bairro: Vila São Joao  
E-mail: goiasmed@gmail.com  
CEP: 75.254-741

Goiânia, 14 de Setembro de 2021

Para: Hospital de doenças tropicais HDT  
CNPJ: 03.969.808/0003-31  
End: Av Olinda Qd H4 Lote 01 - Park Lozandes  
CEP: 74.844-120 Goiânia - GO  
Fone: (62) 9.8642-7635

### Orçamento n° 836

Equipamento:	Marca:	Modelo:	N° de série:
Colonoscópio	Olympus	CF-VL	2600009

Acessórios: Não constam acessórios

Defeitos encontrados: Cabo de angulação rompido na posição UP.

Serviços a realizar: Troca dos 04 cabos de angulação, malha e borracha da ponta articulável.

Valor Total: R\$ 2.930,00.

Goiás Med  
CNPJ: 18.862.141/0001-89  
Av. São Paulo Qd. 03 Lt. 10A  
Vila São João - Senador Canedo-GO

Goiás Med