

A elevação deve ser eletrônica por controle remoto  
Deve possuir balança eletrônica integrada  
Voltagem: 220 Volts, 60 Hz  
Deve possuir registro na ANVISA vigente

**Cotações**

| Empresa       | Item | Descrição                         | Qtd | Marca   | Valor unitário | Valor total |
|---------------|------|-----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|
| APARECIDA MED | 01   | ELEVADOR DE TRANSPORTAR PACIENTES | 1   | ARJO    | 28.850,0       | 28.850,00   |
| MV DO BRASIL  | 01   | ELEVADOR DE TRANSPORTAR PACIENTES | 1   | FREEDOM | 28.877,00      | 28.877,00   |
| HOSPCOM       | 01   | ELEVADOR DE TRANSPORTAR PACIENTES | 1   | FREEDOM | 29.918,00      | 29.918,00   |

**Especificação – ELEVADOR DE TRANSPORTAR PACIENTES**

APARECIDA MED Item 1

**Especificação do item:**

FREEDOM TRANSFER GUINCHO ELÉTRICO

Ismael Moreira da Rocha Jun  
Comprador  
HDT/ICS-GO



**Solicitação de Investimento**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Solicitado por: | ABDON MARQUES CUNHA                 |
| Elaborado por:  | FLÁVIA CARVALHO DA SILVA            |
| Aprovado por:   | CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA |

**Objetivos**

Aquisição de Elevador de Transportar Pacientes

**Característica do investimento**

- ( X ) Nova tecnologia  
 ( ) Troca de equipamento obsoleto  
 ( ) Expansão de serviços  
 ( ) Outro: Descreva \_\_\_\_\_

**Justificativa fundamentada**

Local: Alas, Emergência e UTIs

Considerando que o HDT hoje não possui ventilador de transporte.

Considerando que os ventiladores de transporte existentes no HDT não funcionam a mais de 3 anos, estão inativos e condenados.

Considerando o constante transporte de pacientes internos, que necessitam de suporte ventilatório, no hospital das UTIs para a tomografia, assim como para outros hospitais, justifica-se a aquisição deste equipamento.

Obs: O preço está bem acima da tabela do SIGEM. As propostas que nós recebemos foram as apresentadas pelo mercado e o SIGEM, para este produto em específico, não disponibilizou lista de fornecedores para que cotássemos.

**Especificação desejada****Elevador para transportar pacientes**

Deve permitir transportar pacientes de 200 kg ou mais


Deve vir montado em rodízios de baixo atrito com sistema de freios

Deve possuir bateria interna para funcionar em falta de energia

*Handwritten signature*  
 Manoel Moreira da Rocha Junior  
 Coordenador  
 HDT / ISG - GO

# HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



## Especificação – ELEVADOR DE TRANSPORTAR PACIENTES

MW DO BRASIL Item 1


Especificação do item:

ELEVADOR ELÉTRICO PARA PACIENTE FREEDOM - 200KG

## Especificação – ELEVADOR DE TRANSPORTAR PACIENTES

HOSPCOM Item 1

ELEVADOR COD.: 00034140, MODELO MAXI 500, FABRICANTE ARJO

  
Abdon Marques Cunha  
Engenheiro Clínico  
CREA: 7783/D-GO  
HDT/ISG

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO