

**Solicitação de Investimento**

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

**Objetivos**

Aquisição de Balança para pesar leito

**Característica do investimento**

- Nova tecnologia  
 Troca de equipamento obsoleto  
 Expansão de serviços  
 Outro: Descreva \_\_\_\_\_

**Justificativa fundamentada**

Local: Nutrição

Considerando a necessidade de se pesar alguns pacientes no leito, devido a dificuldade de locomoção e dificuldade deles em se sair do leito.

Considerando a necessidade de se fazer o acompanhamento contínuo do peso no próprio leito, justifica-se a aquisição desta balança.

**Especificação desejada****Balança para pesar no leito**

Equipamento específico para uso hospitalar

Capacidade de pelo menos 500 kg

Graduação de no máximo 200g

Deve ser facilmente transportável

Deve trabalhar com rampas dobráveis, que facilite o transporte

Deve apresentar as medidas em display digital

Deve possuir possibilidade de trabalhar com pilhas, baterias recarregáveis e energia elétrica




Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

Deve permitir pesar o leito inicialmente, zerar a tara para depois pesar o paciente  
Deve acompanhar todos os itens e acessórios necessários para o perfeito funcionamento  
do equipamento.

Alimentação: 220V, 60Hz

Deve possuir registro na ANVISA vigente

Deve estar incluso instalação

Deve possuir garantia mínima de 1 (um) ano após a instalação.

**Cotações**

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
OTTOBONI	01	BALANÇA DE PESA LEITO	2	Ottoboni	16.000,00	32.000,00
WJ COMÉRCIO	01	BALANÇA DE PESA LEITO	2	Ottoboni	22.400,00	44.800,00
BIOINFINITY	01	BALANÇA DE PESA LEITO	2	Lider Balanças	25.000,00	50.000,00

**Especificação – BALANÇA DE PESAR LEITO**


OTTOBONI

Item 1

**Especificação do item:**


Balança digital OTTOBONI modelo MS-6000 para pesagem de paciente em leito

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO



**HDT**

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



**Especificação – BALANÇA DE PESAR LEITO**

**WJ COMÉRCIO** Item 1

**Especificação do item:**

Balança digital OTTOBONI modelo MS-6000 para pesagem de paciente em leito

**Especificação – BALANÇA DE PESAR LEITO**

**BIOINFINITY** Item 1

**Especificação do item:**

Balança para pesar leito Série LP500

*Abdon Marques Cur...*  
Engenheiro Clínico  
CREA: 7783/D-GO  
HDT/ISG

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
Comprador  
HDT/ISG-GO