

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	PATRÍCIA LISBOA
Elaborado por:	ISMAEL MOREIRA
Aprovado por:	CAMILA COSTA

Objetivos

Aquisição de Oxímetro de mesa

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
 () Troca de equipamento obsoleto
 () Expansão de serviços
 () Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: Alas, Emergência, UTIs e Centro Cirúrgico

Considerando a necessidade de se verificar a oximetria para avaliar a capacidade respiratória pulmonar

Considerando que o Covid, assim como outras doenças respiratórias que são atendidas no HDT, há situações de hipóxia silenciosa, que pode ser diagnosticada com a medida de oximetria.

Considerando que muitos pacientes não necessitam de ser monitorados constantemente por monitor multiparamétrico, mas que apenas um oxímetro é suficiente.

Considerando que os oxímetros são pequenos, bem mais fáceis de ser transportados que os monitores e permitem mais flexibilidade tanto para uma monitoração contínua do paciente como uma monitoração rápida, justificando desta forma sua aquisição.

Especificação desejada


 Patrícia Lisboa
 RT e Coordenadora de Enfermagem
 HDT/ISG


 Allan Fonseca Osório
 Coordenador de Manutenção
 HDT/ISG


 Ismael Moreira da Rocha Júnior
 Comprador
 HDT / ISG - GO

Oxímetro de mesa

Visor LCD colorido de no mínimo 2" de alta resolução e alto contraste
Indicação da SpO2 com onda plestimográfica e frequência cardíaca
Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas,
Deve possuir alarmes sonoros ajustáveis e programáveis
Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme
Bateria interna recarregável
Voltagem: 220 Volts, 60 Hz
Deve acompanhar pelo menos 2 sensores adultos e 1 sensor neonatal
Garantia mínima de 1 (um) ano
Possuir registro na ANVISA vigente

Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
HOSPCOM	01	Oxímetro de mesa	10	MINDRAY	2.649,41	26.494,18
VANGUARDA	01	Oxímetro de mesa	10	MACROSUL	3.200,00	32.000,00
PRIME	01	Oxímetro de mesa	10	R&D Mediq	5.000,00	50.000,00

Especificação – OXÍMETRO DE MESA

PROLIFE

Item 1

Especificação do item:

Oxímetro portátil Mindray PM60

Patricia Lisboa
RT e Coordenadora de Enfermagem
HDT/ISG

Allan Fonseca Osório
Coordenador de Manutenção
HDT/ISG

Ismael Moreira da Rocha
Comprador
HDT / ISG - G

HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Especificação – OXIMETRO DE MESA

VANGUARDA Item 1

Especificação do item:
OXIMETRO PORTÁTIL MACROSUL MODELO UT-100

Especificação – OXIMETRO DE MESA

PRIME Item 1

Especificação do item:
Oxímetro de pulso R&D Mediq, modelo DOCK 5

Abdon Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA 7783/D-GO
HDT/ISG

Patricia Lisboa
RTE e Secretária de Enfermagem
HDT/ISG

Allan Fonseca
Coordenador de Manutenção
HDT/ISG

Ismael Moreira da Rocha Jr
Comprador
HDT/ISG - GO