
	Secretaria de Estado da Saúde	
	Superintendência de Gestão Integrada – SGI	
	Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – GEAM/SGI	
	Coordenação de Engenharia Clínica	

Solicitação de Investimento

Solicitado por: Everton Sousa de Pontes	Everton Sousa de Pontes
Elaborado por:	Flávia Carvalho
Aprovado por:	Antônio Jorge de Almeida Maciel



Objetivos Aquisição de foco portátil cirúrgico para realização de procedimentos pela cirurgia em leito na UTI pediátrica.

Característica do investimento

() Nova tecnologia
 () Troca de equipamento obsoleto
 (x) Expansão de serviços
 () Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

os cirurgiões realizam vários procedimentos (exemplo: dissecação venosa para acesso, passagem de cateter de tenckhoff para diálise, biópsia de linfonodo e etc), nas crianças gravemente enfermas da UTI e não dispõe de foco de luz adequado para realização. Devido a essa demanda frequente, solicitado aquisição.

Especificação desejada


foco de luz cirurgico portátil:
 Tipo: iluminação led com luminosidade de d81.000 a 130.000 lux - sistema de emergência/bateria: possui- pedestal com rodízios: possui- braço articulado: possui- par de manoplas, deve possuir ajuste de intensidade luminosa
 Alimentação: 220v, 60hz



Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
GOIÁS MERCANTIL	01	FOCO CIRÚRGICO	01	INPROMED	13.900,00	13.900,00
SALK MEDICAL	01	FOCO CIRÚRGICO		SISMATEC	13.920,00	13.920,00
MEDLINN	01	FOCO CIRÚRGICO		SISMATEC	26.990,00	26.990,00

Especificação – GOIÁS MERCANTIL

GOIÁS MERCANTIL Item 1 FOCO CIRÚRGICO


 Flávia Carvalho da Silva
 Compradora
 HDT/ISG-GO

	Secretaria de Estado da Saúde	
	Superintendência de Gestão Integrada – SGI	
	Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – GEAM/SGI	
	Coordenação de Engenharia Clínica	

Especificação do item:

FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR INP-SL 300, MONOCROMÁTICO
INPROMED.

Especificação – SALK MEDICAL

SALK MEDICAL Item 1 FOCO CIRÚRGICO

Especificação do item:

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 3 LE, SISMATEC.

Especificação – MEDLINN

MEDLINN Item 1 FOCO CIRÚRGICO

Especificação do item:

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED 3LE PORTÁTIL 120,000LUX , SISMATEC.