

**Solicitação de Investimento**

Solicitado por:	PATRÍCIA LISBOA
Elaborado por:	ISMAEL MOREIRA
Aprovado por:	CAMILA COSTA

**Objetivos**

Aquisição de Oxímetro de mesa

**Característica do investimento**

- Nova tecnologia  
 Troca de equipamento obsoleto  
 Expansão de serviços  
 Outro: Descreva \_\_\_\_\_

**Justificativa fundamentada**

Local: Alas, Emergência, UTIs e Centro Cirúrgico

Considerando a necessidade de se verificar a oximetria para avaliar a capacidade respiratória pulmonar

Considerando que o Covid, assim como outras doenças respiratórias que são atendidas no HDT, há situações de hipóxia silenciosa, que pode ser diagnosticada com a medida de oximetria.

Considerando que muitos pacientes não necessitam de ser monitorados constantemente por monitor multiparamétrico, mas que apenas um oxímetro é suficiente.

Considerando que os oxímetros são pequenos, bem mais fáceis de ser transportados que os monitores e permitem mais flexibilidade tanto para uma monitoração contínua do paciente como uma monitoração rápida, justificando desta forma sua aquisição.

**Especificação desejada**

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comproador  
HDT / ISG - GO

**Oxímetro de mesa**

Visor LCD colorido de no mínimo 1,5 " de alta resolução e alto contraste  
Indicação da SpO2 com onda plestimográfica e frequência cardíaca  
Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas,  
Deve possuir alarmes sonoros ajustáveis e programáveis  
Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme  
Bateria interna recarregável  
Voltagem: 220 Volts, 60 Hz  
Deve acompanhar pelo menos 2 sensores adultos e 1 sensor neonatal  
Garantia mínima de 1 (um) ano  
Possuir registro na ANVISA vigente

**Cotações**

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
MEDSOLUTIONS	01	Oxímetro de mesa	15	MASTERMEDIKAL	1.350,00	20.250,00
TREMED	01	Oxímetro de mesa	15	ENDOBRAX	1.500,00	22.500,00
HIPROMED	01	Oxímetro de mesa	15	R&D Mediq	1.988,00	29.820,00

**Especificação – OXIMETRO DE MESA****MEDSOLUTIONS** Item 1**Especificação do item:**


Oxímetro portátil CMS 60D, Registro na ANVISA 80298979007

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT/LSG-GO



# HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Auad



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



## Especificação – OXIMETRO DE MESA

**TREMED** Item 1

**Especificação do item:**

OXIMETRO PORTÁTIL ENDOBRAX, MODELO G1B, REGISTRO NA ANVISA 80393910004

## Especificação – OXIMETRO DE MESA

**HIPROMED** Item 1

**Especificação do item:**

OXIMETRO PORTÁTIL ENDOBRAX, MODELO G1B, REGISTRO NA ANVISA 80393910004

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO