

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de Berço aquecido

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
 (X) Troca de equipamento obsoleto
 () Expansão de serviços
 () Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: UTI PED

Considerando que o HDT possui uma UTI Pediátrica que vem recebendo com certa frequências pacientes neonatos.

Considerando que alguns destes pacientes que chegam ao HDT, necessitam de cuidados com calor irradiante, justifica-se a aquisição deste berço.

Especificação desejada

BERÇO AQUECIDO

Aquecimento por calor irradiante;

Permite deslocamento de 180° do módulo superior para acesso do aparelho de raios X;

Rodízios de 4" ou tamanho superior;

Leito com movimentos em Trendelenburg e Próclive;

Leito do paciente tipo mesa, radiotransparente;

Colchão com dimensões mínimas de 45 x 60cm;

Bandeja passante para cassete radiográfico;

Painel de controle com todas as informações integradas de temperatura de pele, temperatura de ajuste ou potência de aquecimento ajustada, potência de aquecimento efetiva, peso do paciente, relógio APGAR/cronômetro, temperatura ambiente;

Deve permitir ajustar a temperatura desejada para o paciente ou a potência de

Ismael Moreira de Moraes Junior
 Coordenador
 UTI/ICU 30



aquecimento.

Alarmes audiovisuais para: falta de energia; falha na resistência de aquecimento, falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada;

Prateleira auxiliar sob o leito;

Deve permitir a pesagem do neonato no próprio leito;

Controle de temperatura, através de sensor de pele ou modo manual

Retenção de memória do último valor programado da temperatura.

Indicação visual em caso de deslocamento do refletor de aquecimento.

Voltagem: 220 Volts, 60 Hz

Deve possuir Registro na ANVISA vigente.

Garantia mínima de 1 (um) ano.

Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
Gigante	1	Berço Aquecido	2	Gigante	16.885,00	33.770,00
Provimed	1	Berço Aquecido	2	Gigante	22.308,00	44.616,00
Fanem	1	Berço Aquecido	2	Fanem	24.618,60	49.237,20

Especificação – Berço Aquecido

Gigante Item 1

Especificação do item:

Berço aquecido Gigante GRN – Modelo Neosolution (com leito radiotransparente e laterais escamoteáveis)

Andel Moreira da Rocha Junior
Comorador
HDT/108-60



Especificação – Berço Aquecido**Provimed**

Item 1

Especificação do item:


Berço aquecido Gigante GRN – Modelo Neosolution (com leito radiotransparente e laterais escamoteáveis)

Especificação – Berço Aquecido**Fanem**


Item 1

Especificação do item:

Unidade de cuidados intensivo berço aquecido marca Fanem modelo AMPLA 2085 – Monitor LEDs



Abdon Marques Cunha
Engenheiro Cívico
CREA: 7.788/D-GO
HDT/ISSG



Ismael Moreira da Rosa Junior
Comprador
HDT/ISS-60