

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de suporte de soro

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
() Troca de equipamento obsoleto
() Expansão de serviços
() Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: Alas, Emergência e UTIs

Considerando a necessidade de suportes de soro, para se apoiar as medicações e as bombas de infusão.

Considerando que em vários casos, um único leito pode precisar de 4 ou 5 suportes. Considerando que muitos suportes adquiridos anteriormente não eram propícios para bombas de infusão, com é o caso destes de 5 rodízios que estão sendo adquiridos agora. Considerando que a última compra realizada em julho de 2020 de 53 suportes não foi suficiente para atender a demanda do hospital, justifica-se a aquisição destes suportes.

Especificação desejada

Construído em tubos redondos de aço inoxidável
C, coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste
Regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro (mínimo) e 120 mm de espessura (mínimo)
4 ganchos em forma de cruz na parte superior.
Base revestido em nylon com 5 pés com rodízios
Altura mínima: 1,24 m
Altura máxima: 2,10 m
Deve possuir registro na ANVISA vigente
Garantia mínima: 1 (um) ano



Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
MED SAUDE	01	SUPORTE DE SORO	200	MED SAUDE	318,50	63.700,00
CONKAST	01	SUPORTE DE SORO	200	CONKAST	329,00	65.800,00
META HOSPITALAR	01	SUPORTE DE SORO	200	META HOSPITALAR	482,00	96.400,00

Especificação – SUPORTE DE SORO**MED SAUDE** Item 1 SUPORTE DE SORO**Especificação do item:**

4078 – Suporte de soro regulável modelo MS-22.006-REF A

Especificação – SUPORTE DE SORO**CONKAST** Item 1 SUPORTE DE SORO**Especificação do item:**

Suporte de soro marca Conkast, modelo CNK 1817

Estrutura tubular em aço carbono, base em aço revestida com capa de nylon, 5 pés com rodízios de 2", coluna receptora em aço inox de 1", haste em tubo de aço inoxidável 3/4" x 1,2mm com altura regulável através de mandril de aperto rápido, 4 ganchos superiores em aço inox maciço, acabamento polido.



Especificação – SUPORTE DE SORO

**META
HOSPITALAR**

Item 1 SUPORTE DE SORO

Especificação do item:

SUPORTE PARA SORO INOX BASE TERMOPLÁSTICO

Modelo MT 931 SUPORTE PARA SORO INOX

Fabricante e Distribuidor: META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:
01.866.388/0001-70 País de Origem: Brasil Marca: Metahospitalar Modelo: MT 931 SUPORTE PARA SORO
INOX – BASE TERMOPLÁSTICO Registro ANVISA : 80581990002 *imagem ilustrativa Estrutura
Construído em estrutura de tubo de aço inox redondo Ø1" e espessura de 1,2mm com polimento de alto brilho,
dotado de movimentos de Elevação por uma haste retrátil de tubo de aço.


Aldon Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA: 7788/D-60
HDT/ISS