

**Solicitação de Investimento**

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

**Objetivos**

Aquisição de seladoras

**Característica do investimento**

- ( ) Nova tecnologia  
 Troca de equipamento obsoleto  
 ( ) Expansão de serviços  
 ( ) Outro: Descreva \_\_\_\_\_

**Justificativa fundamentada**

Local: Farmácia Central e Farmácia satélite da UTI Adulto

Considerando a necessidade de se embalar os medicamentos, em formas de kits, a serem dispensados pela assistência aos pacientes do HDT e considerando que as seladoras do HDT foram condenadas.

Considerando que 3 (três) seladoras foram mandadas para obsolescência, conforme laudo em anexo, justifica-se a aquisição destes equipamentos.

**Especificação desejada**


SELADORA DE PLASTICO DO TIPO PEDAL

Deve permitir selagem de embalagens plásticas.

O acionamento deve ser por pedal, a solda deve ser de barramento simples em fita chata de níquel cromo na parte inferior e borracha resistente a calor na parte superior, com área de solda mínima de 60 cm.

A pintura deve ser em epóxi (eletrostática ou equivalente e anticorrosiva), as barras superior e inferior de apoio da borracha e barramento devem ser de me-

Ismael Moreira de Almeida Junior  
 Comprova  
 2017-03-30



tal resistente pintado com as mesmas características das demais peças do equipamento.

Deve possuir dimensões ergonômicas, que permitam aos operadores trabalhar em pé.

O pedal também deve possuir medida ergonômica, de forma que permita o operador trabalhar por muitas horas seguidas sem sofrer riscos stress.

Voltagem: 220Volts, 60 Hz

Garantia mínima: 1 (um) ano.

**Cotações**

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
Aparecida Med	1	Seladora	3	CETRO	1.140,00	3.420,00
Provimed	1	Seladora	3	CETRO	1.515,00	4.545,00
HIPROMED	1	Seladora	3	CETRO	1.799,00	5.397,00

**Especificação – SELADORA**

APARECIDA MED Item 1

**Especificação do item:**

SELADORA DE PLÁSTICO DO TIPO PEDAL CETRO - 60 CM

Ismael Moreira da Silva Jr.  
Com. Gestor  
HDT/136-60



## Especificação – SELADORA

PROVIMED Item 1

**Especificação do item:**

SELADORA DE PLASTICO DO TIPO PEDAL CETRO - 60 CM

## Especificação – SELADORA

HIPROMED Item 1

**Especificação do item:**

SELADORA DE PLASTICO DO TIPO PEDAL CETRO - 60 CM

*Abdon Marques Cunha*  
Engenheiro Civil  
CREA: 7783/D-GO  
HDT/ISG

*Ismael Moreira da Silva Junior*  
Comprador  
HDT/ISG-30