

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de mesa de mayo hidráulica

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
() Troca de equipamento obsoleto
() Expansão de serviços
() Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: Alas, Emergência e UTIs

Destinado para apoio de insumos na assistência ao paciente, em procedimentos invasivos, na administração de medicamentos, verificação de sinais vitais e cuidados gerais com os pacientes atendimentos de pacientes internados na Alas de internação adulto e pediátrica, UTIs, emergência e centro cirúrgico.

Considerando que realmente existe uma falta muito grande de mesa de mayo no hospital HDT.

Considerando a necessidade de pelo menos duas mesas por leito, sendo uma para administração de alimentação ao paciente enquanto a outra para se colocar insumos que são utilizados no curativo e tratamento dos pacientes.

Considerando que a última aquisição de mesa de maios, que ocorreu em agosto de 2020 - 18 unidades, foi insuficiente para atender a demanda de duas mesas por leito, justificando desta forma a aquisição destas mesas.

Em relação ao sistema hidráulico, este foi selecionado porque existe a necessidade de se ajustar a altura da mesa em relação a altura da cama e conseqüentemente a altura em que o paciente se encontra. Somente o sistema hidráulico permite o ajuste desta altura de forma prática, sem a necessidade de retirar o que está em cima da bandeja para

Ismael Moreira da Rocha
Comprador
HDT / ISG - GO

realizar o ajuste de altura, além de permitir maior estabilidade na bandeja, garantindo que o que está em cima da bandeja não caia.

Mesa de Mayo com sistema hidráulico ou a gás para elevação e abaixamento na faixa de altura: 850 - 1200 mm (aproximadamente)

Placa giratória de 360°

Bandeja destacável de 20 mm

Rodízios $\varnothing 75$ mm ou superior com pára-choques, dois deles com sistema de freios.

Fabricado em aço inoxidável

A base deve ser em aço inoxidável ou algum outro material que seja resistente e totalmente anti-ferrugem.

Garantia: Mínimo de 1 ano

**Especificação
desejada****Cotações**

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
MEDI SAUDE	01	MESA DE MAYO	110	MEDI SAUDE	2.050,00	225.500,00
INOVAÇÃO	01	MESA DE MAYO	110	RUBMED	3.093,75	340.312,50
APARECIDA MED	01	MESA DE MAYO	110	LUMED	3.110,00	342.100,00


Abdou Marques Guana
Engenheiro Civil
CREA: 7783/6-0/99
HDT/ISG

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Especificação – MESA DE MAYO HIDRÁULICA**MED SAÚDE** Item 1**Especificação do item:**

9947 – MESA DE MAYO INOX HIDRÁULICA MS-16.201 – REF E

Especificação – MESA DE MAYO HIDRÁULICA**INVOCAÇÃO** Item 1**Especificação do item:**

MESA DE MAIO HIDRÁULICA RUBMED MODELO 001640 CÓDIGO RB-9098-HI

Especificação – MESA DE MAYO HIDRÁULICA**APARECIDA MED** Item 1**Especificação do item:**

MESA DE MAYO COM SISTEMA HIDRÁULICO LUMED

Ismael Moreira da Rocha
Comprador
HDT / ISG - GO