

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de Maca de Transferencia

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
 () Troca de equipamento obsoleto
 () Expansão de serviços
 () Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: Centro cirúrgico

Considerando a necessidade de realizar a transferência dos pacientes para dentro da sala de cirurgia de forma segura.

Considerando a quantidade insuficiente dessas mecas de transferência devido a demanda atual, justifica-se e aquisição deste equipamento.

Especificação desejada

MACA DE TRANSFERENCIA

Deve realizar o movimento do dorso do leito

Deve ser acionada por cremalheira.

Deve realizar movimento de transferência do leito entre os dois carros.

O acoplamento deve ser através de engates simples e rápidos, com sistema de travamento e destravamento eficiente e seguro. Transferência do leito de uma base para outra forma de forma suave, através de no mínimo 6 roldanas em nylon tecnil (ou material equivalente) evitando ruídos.

Deve ser composto pôr 2 carros construídos em tubos de aço inoxidável AISI 304 ou material superior

CHASSI: Estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304 ou material superior

O leito deve ser construído em chapa de aço inoxidável AISI 304d

Ismael Moreira da Rocha
Comprador

HDT/ISS-GO



Perfil de barra chata em aço inoxidável em todo o perímetro do leito revestido com perfil de PVC resistente a impacto.

4 rodas/rodízios de no mínimo de 8" polegadas com garfo zincada, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente. para cada carro.

Grades de abaixar em tubo de aço inoxidável AISI 304, com mecanismo de trava rápida.

Acabamento com polimento escovado ou sistema semelhante, com soldas e cantos sem rebarba

Dimensões aproximadas:

MACA:

- EXTERNAS: 1950 mm X 750 mm (CxL)
- INTERNAS: 1800 mm X 600 mm. (CxL)

Capacidade de transportar pacientes de 150 KG ou mais

Deve possuir registro da ANVISA vigente

Garantia mínima de 1 (um) ano

Cotações


Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
MEDI SAUDE	01	MACA DE TRANSFERENCIA	2	MEDI SAUDE	4.902,73	9.805,46
WJ COMERCIO	01	MACA DE TRANSFERENCIA	2	INALAMED	5.975,20	11.950,40
META HOSPITALAR	01	MACA DE TRANSFERENCIA	2	META HOSPITALAR	6.500,00	13.000,00

Ismael Moreira da Costa Junior
Comprador
HDT / ISG - GO



HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Especificação – MEDI SAUDE

MEDI SAUDE Item 1

MACA DE TRANSFERÊNCIA

Especificação do item:

9963 - Carro maca transferência MS-04.008-REF B5

Especificação –WJ COMÉRCIO

WJ COMÉRCIO Item 1

MACA DE TRANSFERÊNCIA

Especificação do item:

MACA DE TRANSFERENCIA MARCA INALAMED, MODELO RB-9013-I, REGISTRO DA ANVISA: 81671830004

Especificação – META HOSPITALAR

META HOSPITALAR Item 1

MACA DE TRANSFERÊNCIA

Especificação do item:

Carro maca de transferencia INOX Metahospitalar, modelo ND 1400, Registro na Anvisa 80441870005

Adonir Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA: 7783/D-GO
HDT/ISG
Ismael Moreira de Rocha Jur
Comprador
HDT/ISG-GO