

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de Incubadora

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
 () Troca de equipamento obsoleto
 () Expansão de serviços
 () Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: UTI PED

Considerando que hoje o HDT não possui incubadoras em seu parque tecnológico.

Considerando que o HDT possui uma UTI Pediátrica que vem recebendo com certa frequências pacientes neonatos.

Considerando que alguns destes pacientes que chegam ao HDT, necessitam de cuidados mais intensivos, justifica-se a aquisição destas incubadoras.

Especificação desejada**Incubadora neonatal**

Para atendimento ao recém nascido;

Cúpula de parede dupla;

Cinco portinholas ovais fechadas sobre guarnições atóxicas e punhos elásticos, com abertura impulsionada por toque de cotovelo;

Uma portinhola tipo íris ou similar para passagem de circuitos de respiradores;

Trava de segurança que sustenta a cúpula aberta quando necessário;

Guarnição macia entre a base e a cúpula para garantir estanqueidade da câmara;

Sistema de ajuste para posicionamento do leito em Trendelenburg, próclive e horizontal;

Sistema de servo-controle e monitorização das temperaturas do ar e da pele do paciente,

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
ISG - GO

com ajuste a cada 0,1°C e alarme de alta e baixa temperatura do ar, hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente e falta de sensor;

Balança incorporada ao leito que permite inclinação e radiografias sem remover a balança ou o paciente.

Deve permitir controle contínuo e preciso da umidade relativa de 30%UR a 95%UR, com ajuste a cada 1%UR;

Reservatório destacável e autoclavável;

Sistema fechado, sem derramar água com a inclinação do leito;

Permite o reabastecimento de água sem interromper o funcionamento normal do equipamento;

Filtro de ar e filtro de oxigênio;

Acesso para limpeza com remoção e montagem manual das peças internas da incubadora;

Acessórios: um sensor para temperatura cutânea, um sensor para umidade e suporte com rodízios e três gavetas para guarda de material, gaveta para chassi radiográfico.

Deve possuir registro da ANVISA vigente.

Alimentação: 220 Volts, 60 hz

Cotações


Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
GIGANTE	1	Incubadora	2	GIGANTE	30.595,00	61.190,00
PROVIMED	1	Incubadora	2	OLIDEF	38.535,00	77.070,00
FANEM	1	Incubadora	2	FANEM	59.064,12	118.128,24



Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

HDT

Hospital Estadual de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Especificação – INCUBADORA

GIGANTE Item 1

Especificação do item:

INCUBADORA ESTACIONÁRIA NEONATAL GRN – MODELO MILLENNIUM

Especificação – INCUBADORA

PROVIMED Item 1

Especificação do item:

Incubadora estacionária Olidef modelo Line 4

Especificação – INCUBADORA

Fanem Item 1

Especificação do item:

Incubadora para recém nascidos marca Fanem, modelo Vision Advanced 2286

Abdon Marques Cunha
Engenheiro Clínico
CREA: 7783/D-GO
HDT/ISS

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISS-GO