

Ord. Compra: 31132 Cód. Integr: Solicitação: 12125 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC 20
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/10/2021
Fornecedor: 328 META HOSPITALAR - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA
CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70 Insc Est.: 102927022
Endereço: AV ELMAR ARANTES CABRAL Nr.: SN Compl.:
Bairro: PQ IND VICE PRESIDENTE J Cep: 74.993-535
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): RODRIGO, RONALDO, REGINALDO VIDAL, KILDER Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Residencial : 3282-9920
E-Mail : ASSISTENCIATECNICA@METAHOSPIT

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 26/10/2021 à 26/10/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
---------	------------	-----------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

53371 - CAMA FAWLER ELETRICA				UNIDADE	34,0000	10.998,0000	0,0000	0,00	0,0000	373.932,00
---------------------------------	--	--	--	---------	---------	-------------	--------	------	--------	------------

Especificação: MOVIMENTOS: DEVE SER EXECUTADOS POR 4 (QUATRO) OU MAIS MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTES, SENDO QUE A CAIXA DE COMANDO E MOTORES DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA AGUA E POEIRA, NÍVEL DE PROTEÇÃO IPX4.

ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO REMOVÍVEL, QUE ALÉM DE CONTROLAR TODOS OS MOVIMENTOS POSSÍVEIS DA CAMA, TAMBÉM DEVE TER UMA TECLA PARA VOLTAR A CAMA NA POSIÇÃO INICIAL HORIZONTAL. ESTE CONTROLE TAMBÉM DEVE TER A FUNÇÃO DE BLOQUEAR OS MOVIMENTOS DO PACIENTE, DE FORMA QUE SÓ A EQUIPE DE ENFERMAGEM POSSA DESTRAVAR O CONTROLE.

DEVE REALIZAR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, ELEVAÇÃO DE ALTURA E RETRAÇÃO (HI-LOW), POLTRONA OU CADEIRA CARDÍACA, VASCULAR, AUTO CONTORNO.

O REVESTIMENTO DA BASE DEVE SER EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA

RESISTÊNCIA, RECOBRINDO TODA A EXTENSÃO DA BASE, MELHORANDO O DESIGN E FACILITANDO A ASSEPSIA.

O LEITO DEVE SER DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES.

DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DE COMPENSAÇÃO ABDOMINAL, OU SEJA, AFASTAMENTO DO DORSO AO ASSENTO FIXO DE NO MÍNIMO 10 CM, AJUDANDO NA PREVENÇÃO DE ULCERAS POR PRESSÃO, EVITANDO O CISHAMENTO DA PELE AO LEVANTAR O DORSO, POIS IMPEDE O DESLIZAMENTO DO PACIENTE JUNTO AO COLCHÃO.

RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 5" POLEGADAS (125 MM) COM SISTEMA DIRECIONAL E FREIO TOTAL ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL POSICIONADO NA BASE DA CAMA NA SAÍDA DO LEITO.

DEVE POSSUIR PARA-CHOQUE TERMOPLÁSTICO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA.


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
<p>CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM O SISTEMA DE ACOPLAGEM INCORPORADO A CAMA.</p> <p>DEVE POSSUIR 2 PARES DE GRADES LATERAIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM MOVIMENTOS RETRÁTEIS, SUAVIZADO PELO USO DE MOLA A GÁS OU SISTEMA SEMELHANTE. GRADES QUE FECHAM TODA A LATERAL DA CAMA IMPEDINDO O DESLIZAMENTO DO PACIENTE PARA FORA DO LEITO.</p> <p>DEVE POSSUIR INDICADOR DE ÂNGULO LOCALIZADO NA LATERAL DA GRADE PARA INDICAR O ÂNGULO DO DORSO, DO TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO.</p> <p>ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, 60 HZ</p> <p>DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.</p> <p>DEVE PERMITIR PACIENTES COM PESO DE 200 KG OU MAIS.</p> <p>ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA.</p> <p>DEVE POSSUIR NÍVEL DE PROTEÇÃO IPX6</p> <p>DEVE ACOMPANHAR:</p> <p>SUORTE DE SORO, COM ALTURA REGULÁVEL</p> <p>COLCHÃO D-28 OU DE MAIOR ESPESSURA, COM TRATAMENTOS ANTIÁCARO E CONTRA BACTÉRIA NA ESPUMA E REVESTIMENTO; DEVENDO SER REVESTIMENTO EM NAPA AZUL 100% PVC, SELADA ELETRONICAMENTE PREVENINDO A ENTRADA DE LIQUIDO E A ESPUMA SELADA 100% POLIURETANO.</p> <p>DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE.</p> <p>TODAS AS CAMAS DEVEM POSSUIR A DEVIDA NUMERAÇÃO DE SÉRIE DE FÁBRICA.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.</p>										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	373.932,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	373.932,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Ismael Moreira da Rocha</i>	<i>Luiz de A. Maciel</i>	<i>Bruno Almeida</i>	<i>Bruno Almeida</i>
Comprador	Gerente Administrativo	Director Geral	Director Geral
HDT / ISG - GO	HDT / ISG	HDT / ISG	HDT / ISG
Data	Data	Data	Data

Ismael Moreira da Rocha
 Comprador
 HDT / ISG - GO