

Ord. Compra: 31914 Cód. Integr: Solicitação: 12116 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 11/11/2021

Fornecedor: 1391 HOSPCOM - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08

Insc Est.: 10366017-8

Endereço: R 104

Nr.: 74

Compl.:

Bairro: SETOR SUL

Cep: 74083300

Cidade: GOIANIA

UF: GO Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): HEVERTON - DIRETOR, LORENA COORDENADORA COMERCIAL Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail: TATIANE.ALVES@HOSPCOM.NET

Celular: LEONARDO 9 83000200

Telefone Comercial: 3241-5555

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS

Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03

Nº 0

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Cidade: GOIANIA

Insc. Est.:

Bairro: PARK LOZANDES

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

CEP: 74884120

UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.  
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1

Desc. Condição de Pgto.: A VISTA

Período p/ Entrega: 11/11/2021 à 11/11/2021

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53118 - ELETROCARDIOGRAFO				UNIDADE	2,0000	6.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	12.000,00

Especificação: ELETROCARDIOGRAFO AUTOMÁTICO E PORTÁTIL COM IMPRESSÃO POR CABEÇA TÉRMICA E AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 12 DERIVAÇÕES PARA VISUALIZAÇÃO EM 3 CANAIS.

IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, QUE UTILIZA PAPEL TERMOSENSÍVEL, SENDO DO TIPO Z FOLD OU EM ROLO, COM LARGURA DE NO MÍNIMO 80 MM DE LARGURA.

POSSUIR CONTROLE DE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO.

IMPRESSÃO COM REGISTRO QUE INDIQUE DATA, HORA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, VELOCIDADE, AMPLITUDE, DERIVAÇÃO E ATUAÇÃO DOS FILTROS.

ALIMENTAÇÃO AC 100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA PARA MAIS DE 200 REGISTROS EM MODO AUTOMÁTICO.

TELA DE LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 5"(POLEGADAS) QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS CANAIS DE ECG. TECLAS PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES.

MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DE NO MÍNIMO 400 REGISTROS EM MODO AUTOMÁTICO.

DEVE POSSUIR CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR, DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO

E DE MARCA-PASSO.

SOFTWARE INTERNO COM INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS, QT/QTc ;

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DE EXAMES PARA VISUALIZAÇÃO NO COMPUTADOR VIA USB, RJ45 OU SOFTWARE.										
DEVERA ACOMPANHAR AO EQUIPAMENTO:										
1 CABO DE ALIMENTAÇÃO;										
1 CABO DE PACIENTE, 10 VIAS DE ECG (CONECTORES TIPO GARRA);										
1 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;										
10 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	12.000,00
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	12.000,00

COMPRADOR (A) <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i>	ADMINISTRATIVO <i>Antonio Jorge de A. Maciel</i> Gerente Administrativo	FINANCEIRO <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral	DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral
Data	Data HDT/HAA	Data HDT/ISS	Data HDT/ISS

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
 Comprador  
 HDT / ISG - GO