

32

Ord. Compra: 32497      Cód. Integr:      Solicitação: 12112      Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC  
Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 23/11/2021  
Fornecedor: 316 VANGUARDA      - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS  
CNPJ/CPF: 00.302.007/0001-68      Insc Est.: 10.271.000-7  
Endereço: 26      Nr.: 213      Compl.: QUADRAH13 LOTE 15/16  
Bairro: SETOR MARISTA      Cep: 74150080  
Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 200754 - 1 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): JOSE CARLOS - PROPRIETÁRIO, GISELE - VENDAS PEÇAS, D      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
E-Mail : GISELE.COMERCIAL@VANGUARDA.N  
Fax : 3293-3536  
Telefone Comercial : 3293-1414

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS      Nº 0      CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03      Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA      Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Bairro: PARK LOZANDES      CEP: 74884120      UF: GO  
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.  
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 1      Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 23/11/2021 à 23/11/2021      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53114 - FOCO CIRURGICO DE TETO				UNIDADE	3,0000	49.126,6500	0,0000	0,00	0,0000	147.379,95

Especificação: FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS, COM LÂMPADAS DE LED E CONTROLE ELETRÔNICO DE INTENSIDADE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: FIXAÇÃO AO TETO ATRAVÉS DE HASTE CENTRAL ÚNICA E DEVEM POSSUIR BRAÇOS ARTICULADOS INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, QUE PERMITA OS MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO EM TORNO DA HASTE CENTRAL;

PELO MENOS UMA DAS CÚPULAS DEVERÁ SER PROVIDA DE SISTEMA QUE PERMITA QUE A MESMA FIQUE A ALTURA DE 1 METRO A PARTIR DO PISO (ALTURA DA MESA CIRÚRGICA) COM O FOCO PERPENDICULAR À MESMA (ILUMINAÇÃO DE CAVIDADES);

PARA SUSTENTAÇÃO DAS CÚPULAS NÃO DEVE SER EMPREGADO SISTEMA DE CONTRAPESOS, MAS SIM, SISTEMA DE FREIO ADEQUADO QUE PERMITA QUE A CÚPULA FIQUE ESTÁVEL NA POSIÇÃO EM QUE FOI COLOCADA;

SISTEMA DE SUSPENSÃO LEVE, FACILITANDO O MOVIMENTO E FORNECENDO RÁPIDA ESTABILIDADE;

CADA CÚPULA DEVERÁ SER DOTADA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LUZ BRANCA FRIA LED, FORNECENDO LUZ CORRIGIDA DE COR PRÓXIMA AO BRANCO

NATURAL;

CONSUMO MÁXIMO POR CÚPULA 65W GARANTINDO A MELHOR RELAÇÃO CONSUMO/EFICIÊNCIA.

EMPREGO DE SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRA;

FILTRAGEM EFICIENTE DE RAIOS INFRAVERMELHOS E REDUÇÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA;

O ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES DEVE SER DE 90 OU MAIOR E TEMPERATURA DE COR ENTRE 4350 K E 5500 K;

  
Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

33

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	-----------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

A INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA CÚPULA DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR DO QUE 130.000 LUX, MEDIDOS A 1 (UM) METRO DE DISTÂNCIA.

A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DEVE SER PERFEITA E ISENTA DE SOMBRAS;

CADA CÚPULA DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA DISPOSTO NO PRÓPRIO BRAÇO DA CÚPULA COM A UTILIZAÇÃO DE TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E VIA MANOPLA EXISTENTE NO CENTRO DA CÚPULA;

PROTEÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO COM FUSÍVEL, SUBSTITUÍVEL;

MANOPLA DE FOCALIZAÇÃO FACILMENTE RETIRÁVEL SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO AJUSTE PELO CIRURGIÃO DURANTE O PROCEDIMENTO E ATRAVÉS DE PAINEL ELETRÔNICO;

DIÂMETRO DE CAMPO FOCAL DE 200 MM OU MAIOR, PARA CADA UMA DAS CÚPULAS;

AS CÚPULAS DEVEM SER PROVIDAS DE SISTEMA DE DISSIPACÃO DE CALOR VOLTADA PARA FORA DO CAMPO CIRÚRGICO, IMPEDINDO AUMENTO DE TEMPERATURA SOBRE O CIRURGIÃO E PACIENTE;

VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED DE 30.000 HORAS OU MAIOR.

ALIMENTAÇÃO: 220V, 60HZ.

DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR.

DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO APÓS A INSTALAÇÃO.

O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE JÁ COM ENSAIO A CALIBRAÇÃO, SENDO QUE OS LAUDOS DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	147.379,95
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
<b>Valor Total (=):</b>	<b>147.379,95</b>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i>	<i>Antonio Jorge de Almeida Maciel</i>	<i>Antonio Almeida</i>	<i>Antonio Almeida</i>
<b>Comprador</b>	<b>Gerente Administrativo</b>	<b>Diretor Geral</b>	<b>Diretor Geral</b>
<b>HDT / ISG - GO</b>	<b>HDT/ISC</b>	<b>HDT/ISG</b>	<b>HDT/ISG</b>
Data	Data	Data	Data

*Ismael Moreira da Rocha Junior*  
 Comprador  
 HDT / ISG - GO