

32

Ord. Compra: 32641 Cód. Integr: Solicitação: 12110 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 24/11/2021

Fornecedor: 86479 GIGANTE PRODUTOS ME - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA

CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15

Insc Est.:

Endereço: MARTINS PENA

Nr.:

Compl.: RUA

Bairro: CAMPOS ELISEOS

Cep: 14080620

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS

Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03

Nº 0

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Cidade: GOIANIA

Insc. Est.:

Bairro: PARK LOZANDES

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

CEP: 74884120

UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 24/11/2021 à 24/11/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53112 - BERCO AQUECIDO				UNIDADE	2,0000	16.885,0000	0,0000	0,00	0,0000	33.770,00

Especificação: AQUECIMENTO POR CALOR IRRADIANTE;

PERMITE DESLOCAMENTO DE 180° DO MÓDULO SUPERIOR PARA ACESSO DO APARELHO DE RAIOS X;

RODÍZIOS DE 4" OU TAMANHO SUPERIOR;

LEITO COM MOVIMENTOS EM TRENDELENBURG E PRÓCLIVE;

LEITO DO PACIENTE TIPO MESA, RADIOTRASPARENTE;

COLCHÃO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 60CM;

BANDEJA PASSANTE PARA CASSETE RADIOGRÁFICO;

PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE TEMPERATURA DE PELE, TEMPERATURA DE AJUSTE OU POTÊNCIA DE AQUECIMENTO AJUSTADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EFETIVA, PESO DO PACIENTE, RELÓGIO APGAR/CRONÔMETRO, TEMPERATURA AMBIENTE;

DEVE PERMITIR AJUSTAR A TEMPERATURA DESEJADA PARA O PACIENTE OU A POTÊNCIA DE AQUECIMENTO.

ALARMES AUDIOVISUAIS PARA: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA;

PRATELEIRA AUXILIAR SOB O LEITO;

HASTE PARA FIXAÇÃO DE ATÉ TRÊS BOMBAS DE INFUSÃO;

SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS;

BANDEJA GIRATÓRIA PARA MONITORES COM CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10KG; DEVE PERMITIR A PESAGEM DO NEONATO NO PRÓPRIO LEITO;

CONTROLE DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE SENSOR DE PELE OU

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ICC - GO

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	-----------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

MODO MANUAL

RETENÇÃO DE MEMÓRIA DO ÚLTIMO VALOR PROGRAMADO DA TEMPERATURA.

INDICAÇÃO VISUAL EM CASO DE DESLOCAMENTO DO REFLETOR DE AQUECIMENTO.

VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ


DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.

GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

DEVE SER ENTREGUE CALIBRADO E COM ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICO REALIZADO, DEVENDO ACOMPANHAR OS DEVIDOS CERTIFICADOS.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	33.770,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	33.770,00

COMPRADOR (A)  Ismael Moreira da Rocha Junior Comprador HDT/ISG-30	ADMINISTRATIVO Antonio Jorge de Almeida Maciel Gerente Administrativo HDT/ISG	FINANCEIRO Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG	DIRETORIA Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG
Data	Data	Data	Data


 Ismael Moreira da Rocha Junior
 Comprador
 HDT/ISG-30