

35

Ord. Compra: 33493 Cód. Integr: Solicitação: 12128 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/12/2021  
Fornecedor: 87710 LABOR-MED - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA  
CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15 Insc Est.: 255721307  
Endereço: IZABEL RAMOS FABENI Nr.: Compl.: RUA  
Bairro: SAO JOAO Cep: 88304050 UF: SC Conta: - Agência: - Banco:  
Cidade: ITAJAI UF: SC Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.  
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 02/12/2021 à 02/12/2021 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI. Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53373 - SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL				UNIDADE	1,0000	411.000,000	0,0000	0,00	0,0000	411.000,00

Especificação: SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL, COMPOSTO POR 01 PROCESSADORA DE IMAGENS, 01 FONTE DE LUZ, 01 MONITOR, 01 VIDEO GASTROSCÓPIO, 01 VIDEO COLONOSCÓPIO, 01 VIDEO BRONCOSCÓPIO E ACESSÓRIOS.

PROCESSADORA DE IMAGENS: CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE VIDEO DE ALTA DEFINIÇÃO, QUE POSSUA MAGNIFICAÇÃO, WIDE SCREEN E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS. COM BALANÇO DE BRANCO, AJUSTE DE VERMELHO E AZUL INDEPENDENTES, SELEÇÃO DE NITIDEZ DE IMAGEM, ENHANCEMENT E COM SISTEMA DE SHUTTER MANUAL OU AUTOMÁTICO. COM SISTEMA DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E DO MÉDICO, DATA E HORA DO EXAME. COM SAÍDA DE VIDEO COMPOSTO, VIDEO COMPONENTE E DIGITAL: NTSC; Y/C; RGB.

FONTE DE ILUMINAÇÃO LED OU XENON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL MÍNIMA DE 150 W, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (CASO A FONTE DE ILUMINAÇÃO SEJA XENON) E AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO. A FONTE DE LUZ PODE VIR ACOPLADA OU SEPARADA DA PROCESSADORA.

MONITOR: COLORIDO; TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE MATRIZ ATIVA COM TAMANHO MÍNIMO DE 19 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE MÍNIMA DE 1280 X 1024 PIXELS E COM ENTRADA DE VIDEO COMPOSTO, VIDEO COMPONENTE E DIGITAL: NTSC; Y/C; RGB. SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR, COM AJUSTE DE BRILHO, COR E CONTRASTE.

VIDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXIVEL COM CCD OU CMOS COLORIDO, COM SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 4 A 100 MM, COM CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 210 GRAUS PARA CIMA, 90 A 120 GRAUS PARA BAIXO E PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 9,2 MM APROXIMADO DO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1.050MM E COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1350 MM. DEVE POSSUIR CANAL FRONTAL PARA IRRIGAÇÃO. ESTERILIZÁVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA E DESINFECÇÃO QUÍMICA (TOTALMENTE IMERSÍVEL). DEVE ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS PADRÃO E MALETA RESISTENTE A CHOQUE.

VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO FLEXIVEL COM CCD OU CMOS COLORIDO.

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
<p>SISTEMA ÓTICO COM CAMPO DE VISÃO FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 140 GRAUS, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100 MM, TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 12,8 MM, PONTA DISTAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 12,8 MM E CANAL PARA INSTRUMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 3,8 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO DE 1600 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 2000 MM. CONTROLE DE ANGULAÇÃO MÍNIMA DO TUBO DE INSERÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS PARA CIMA E PARA BAIXO E APROXIMADAMENTE 160 GRAUS PARA DIREITA E PARA ESQUERDA. DEVE POSSUIR SAÍDA INDEPENDENTE PARA AR E ÁGUA PARA LIMPEZA DA LENTE DISTAL. ESTERILIZÁVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA E DESINFECÇÃO QUÍMICA (TOTALMENTE IMERSÍVEL). DEVE ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS PADRÃO E MALETA RESISTENTE A CHOQUE.</p> <p>VÍDEOBRONCOSCÓPIO FLEXÍVEL, PARA PACIENTES ADULTOS, COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM ATRAVÉS DE CCD COLORIDO, TOTALMENTE IMERSÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO, COM PONTA DISTAL COM ISOLAMENTO PARA USO SEGURO COM ELETROCAUTÉRIOS E LASER, COM CAMPO DE VISÃO DE 120 GRAUS, VISÃO FRONTAL 0 GRAUS. DEVE PERMITIR ANGULAÇÕES PARA CIMA, BAIXO, DIREITA E ESQUERDA. COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO 600 MM. ESTERILIZÁVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA E DESINFECÇÃO QUÍMICA (TOTALMENTE IMERSÍVEL). DEVE ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS PADRÃO E MALETA RESISTENTE A CHOQUE.</p> <p>ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1 (UM) CARRO DE TRANSPORTE QUE COMPORTE DE MANEIRA ADEQUADA O SISTEMA COMPLETO, 1 (UM) NO-BREAK QUE GARANTA NO MÍNIMO 10 MINUTOS DE OPERAÇÃO PARA O SISTEMA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CABOS DE CONEXÃO PARA O SISTEMA, MALETAS PARA TRANSPORTE, SENDO 1 (UMA) PARA O GASTROSCÓPIO, 1 (UMA) PARA O COLONOSCÓPIO E 1 (UMA) PARA O BRONCOSCÓPIO, PINÇAS PARA BIÓPSIA FENESTRADAS, SENDO 4 PARA O GASTROSCÓPIO E 4 PARA O COLONOSCÓPIO E CONJUNTO PARA BRONCOSCÓPIO. CONJUNTOS COMPLETOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, 1 (UM) CONJUNTO DE TESTE DE VAZAMENTO, COMPOSTO POR MANÔMETRO COM DEMARCAÇÕES DIFERENCIADAS POR CORES DOS LIMITES SEGURO E CRÍTICO PARA INSUFLAÇÃO DE AR NOS ENDOSCÓPIOS, ACOMPANHADO POR PÊRA PARA INSUFLAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.</p> <p>DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.</p> <p>DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE.</p> <p>DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO APÓS A INSTALAÇÃO.</p> <p>DEVE ESTAR INCLUSO INSTALAÇÃO</p> <p>DEVE ESTAR INCLUSO TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO</p>										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	411.000,00
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	411.000,00

COMPRADOR (A) Data Ismael Moreira da Rocha Junior Comprador HDT/ISG - GO	ADMINISTRATIVO Data Camilla Costa Gerente Administrativa HDT/ISG	FINANCEIRO Data Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG	DIRETORIA Data Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG
--	--	---	--