

Ord. Compra: 33502 Cód. Integr: Solicitação: 12118 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/12/2021
Fornecedor: 14884 VEXER IND COM EQUIP - VEXER IND COM EQUIP LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.051.083/0001-12 Insc Est.: 9042369184
Endereço: RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER Nr.: 3474 Compl.:
Bairro: CIC Cep: 81350010 UF: PR Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: CURITIBA UF: PR Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): ELIZANGELA, CLAUDIO Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : SARAH@VEXER.COM.BR
Telefone Comercial : 41 30167288

Comprador: HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 02/12/2021 à 02/12/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53119 - OSMOSE REVERSA PORTATIL DE 2 SAIDAS				UNIDADE	2,0000	31.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	62.000,00

Especificação: OSMOSE REVERSA PORTÁTIL QUE PERMITA ATENDER ATÉ DUAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE SIMULTANEAMENTE.
VAZÃO QUE ATINJA NO MÍNIMO 180 LITROS / HORA.
PRODUÇÃO DO PERMEADO DE DIÁLISE A PARTIR DA ÁGUA POTÁVEL
CICLOS DE LAVAGEM AUTOMÁTICOS
PRÉ-FILTRAGEM INTEGRADA, INCLUINDO ABRANDADOR
DEVE POSSUIR REVESTIMENTO ACÚSTICO QUE PERMITA TRABALHAR DE FORMA SILENCIOSA
DEVE POSSUIR 4 RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, DE NO MÍNIMO 4".
DEVE POSSUIR CONDUTIVÍMETRO ACOPLADO.
DEVE POSSUIR PELO MENOS 2 PRÉ-FILTROS DE CARVÃO ATIVADO.
DEVE POSSUIR SISTEMAS DE ALARME CONTRA, NO MÍNIMO, FALTA DE ÁGUA, CONDUTIVIDADE ALTA E SOBRECARGA NA BOMBA.
DEVE FORNECER ÁGUA PARA HEMODIÁLISE QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA RDC 11/2014 E A PORTARIA Nº 82, DE 03 DE JANEIRO DE 2000
DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE
ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS / 60 HZ
DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE





DEVE ESTAR INCLUSO INSTALAÇÃO
DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO APÓS A INSTALAÇÃO.
DEVE ESTAR INCLUSO TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	62.000,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00

Valor Total (=):

62.000,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
 Ismael Moreira da Rocha Junior Comprador HDT / ISG - GO	 Camila Costa Gerente Administrativo HDT/ISG	 Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG	 Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG
Data	Data	Data	Data