

Ord. Compra: 38276 Cód. Integr: Solicitação: 13351 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/02/2022
Fornecedor: 21438 MAGNAMED - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54 Insc Est.:
Endereço: R SANTA MONICA Nr.: 801 Compl.: N801/831LT01E02 QDAJ
Bairro: CAPUAVA Cep: 06715865 UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: COTIA UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): FERNANDA Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : FERNANDA.MARTINELLI@MAGNAMED

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 01/02/2022 à 01/02/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA 200

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53372 - VENTILADOR DE TRANSPORTE				UNIDADE	1,0000	41.960,7800	0,0000	0,00	839,2200	41.960,78

Especificação: VENTILADOR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA

REALIZA SUPORTE VENTILATÓRIO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, CONTROLADO A VOLUME, A PRESSÃO E CICLADO A TEMPO, QUE ATENDE DESDE PACIENTE NEONATAL, INFANTIL, ADULTO E ADULTOS PORTADORES DE OBESIDADE MÓRBIDA.

DEVE PERMITIR FORNECER MISTURA DE AR AMBIENTE E CANALIZADO COM OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES AJUSTADAS PELO OPERADOR

DEVE REALIZAR MENSURAÇÃO DO OXIGÊNIO ATRAVÉS CÉLULA DE O2.

DEVE REALIZAR O CONTROLE DE FLUXOS E PRESSÕES NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO PARA PROVER AS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO ADEQUADAS PARA A CONDIÇÃO DO PACIENTE.

MODALIDADES DE VENTILAÇÃO MÍNIMAS:

VCV - VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO

PCV - VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTROLADA

PLV - VENTILAÇÃO LIMITADA A PRESSÃO

P-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA SINCRONIZADA INTERMITENTE COM CICLO DE PRESSÃO CONTROLADA

V-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA SINCRONIZADA INTERMITENTE COM CICLO DE VOLUME CONTROLADO

CPAP/PSV - VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA COM PRESSÃO DE SUPORTE

DUALPAP - VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS DE CPAP

(COM OU SEM PRESSÃO DE SUPORTE).


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI OU NIV –NON INVASIVE VENTILATION) POR MÁSCARA PODE SER ATIVADA EM TODAS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS.

DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 MINUTOS.

ALIMENTAÇÃO: 220V – 60HZ

DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE

DEVE ESTAR INCLUSO INSTALAÇÃO


DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO APÓS A INSTALAÇÃO.

DEVE ESTAR INCLUSO TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE JÁ COM ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA E CALIBRAÇÃO, SENDO QUE OS LAUDOS DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	41.960,78
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	839,22
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	42.800,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANÇAS	DIRETORIA
 Ismael Moraes da Silva Junior Comprador HDT / ISG - GO	Camila Costa Gerente Administrativa Data HDT/ISG	Dirceu Almeida Diretor Geral Data HDT/ISG	Dirceu Almeida Diretor Geral Data HDT/ISG
Data	Data	Data	Data