

Ord. Compra: 40294 Cód. Integr: Solicitação: 12113 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/03/2022
Fornecedor: 1391 HOSPCOM - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08 Insc Est.: 10366017-8
Endereço: R 104 Nr.: 74 Compl.:
Bairro: SETOR SUL Cep: 74083300
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 69869 - 5 Agência: 1242 - 4 Banco: 1
Contato(s): HEVERTON - DIRETOR, LORENA COORDENADORA COMERCIAL Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail: TATIANE.ALVES@HOSPCOM.NET
Celular: LEONARDO 9 83000200
Telefone Comercial: 3241-5555

Comprador: HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE: 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 01/03/2022 à 01/03/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA 4 MILHÕES
OC REFERENTE A OC INICIAL 31338, ALTERADA PARA INCLUIR VALOR DO IPI.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Tc
53115 - MESA CIRURGICA ELETICA				UNIDADE	3,0000	65.714,2867	0,0000	0,00	9.857,1400	197.142

Especificação: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR.

MOVIMENTO ELETRO-HIDRÁULICO.

BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS MOTORIZADOS ACIONADOS ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE.

COLUNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL SUPERIOR.

CHASSIS: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS.

LEITO ARTICULÁVEL, RADIOTRASPARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECÇÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS).

RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS.

CAPACIDADE DE CARGA DE PELO MENOS 180 KG NA POSIÇÃO ZERO.

MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi. Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi T
---------	------------	------	-----------	---------	------------	-----------	----------	------	---------	------

MÍNIMA DE +/-300MM PARA CADA LADO E DORSO.

OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 21,5 M DE COMPRIMENTO.

DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO.

ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:

01 ARCO DE NARCOSE; 01 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇO, 01PAR DE PORTA-COXA, 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V, 60 HZ.

DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE.

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR.

DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ITENS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE.

DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO APÓS A INSTALAÇÃO.

DEVE ESTAR INCLUSO TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	197.142,86
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	9.857,14
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	207.000,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
 Ismael Moreira da Rocha Junior Comprador HDT/ISG - GO	Camila Costa Gerente Administrativa HDT/ISG	Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG	Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG
Data	Data	Data	Data