

Ord. Compra: 40480 Cód. Integr: Solicitação: 12115 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/03/2022
Fornecedor: 85263 PROLIFE - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 66.783.630/0002-79 Insc Est.:
Endereço: AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA Nr.: 6800 Compl.:
Bairro: DESM MURILO GATTINI Cep: 37550000
Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E
DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO
BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E
SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS
REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 01/03/2022 à 01/03/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA
OC ALTERADA PARA INCLUSÃO DE IPI

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Tc
53117 - CARDIOVERSOR BIFASICO 200J COM MARCA PASSO				UNIDADE	3,0000	15.555,5567	0,0000	0,00	3.733,3300	46.666

Especificação: DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, COM NÍVEL DE
ENERGIA DE NO MÍNIMO 200J;

POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NÃO
SINCRONIZADO;

DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS PÁS
DE DESFIBRILAÇÃO COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E
CHOQUE. PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA;

DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA(200J) EM ATÉ 4 SEGUNDOS COM A BATERIA
TOTALMENTE CARREGADA;

MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍNUO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE
ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS;

DEVE POSSUIR DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO;

CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO OU
ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS;

ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁ DE DESFIBRILAÇÃO DEVEM UTILIZAR O MESMO
CONECTOR. DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO
(DEA);

DEVE POSSUIR MARCA PASSO;

POSSIBILIDADE DE UPGRADE PARA OBTER FEEDBACK NA TELA E ATRAVÉS DE
MENSAGENS DE VOZ DA PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES DURANTE A RCP.

CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 7 HORAS CONTÍNUAS DE FORMAS DE ONDA
ECG E EVENTOS.

REGISTRO DE ECG ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50MM, MANUAL OU


Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Tc
AUTOMÁTICO, APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME;										
DEVE REALIZAR AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO, CARGA E DESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA;										
VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ										
BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 (DUAS) HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TROCA OU RECARGA DURANTE ESTE PERÍODO; BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO, AS MESMAS DEVE POSSUIR LEDS DE INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CARGA. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44;										
DEVE PESAR NO MÁXIMO 6KG (+/- 10%) COM A BATERIA INSTALADA. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ENQUADRADO NA NORMA EN1789, OU, IEC 68-2-32.										
DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA VIGENTE.										
ACESSÓRIOS MÍNIMOS:										
- 1(UM) CONJUNTO DE PÁS EXTERNAS;										
- 3 (TRÊS) JOGOS DE PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO;										
- 1(UM) CABO DE PACIENTE (ECG) DE 5 VIAS;										
- 1(UMA) BATERIA RECARREGÁVEL;										
- 3(TRÊS) BLOCOS OU ROLOS DE PAPEL PARA REGISTRADOR;										
- 1(UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	46.666,67
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	3.733,33
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>50.400,00</u>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Israel Moreira da Rocha</i>	<i>Camilla Costa</i>	<i>Bruno Almeida</i>	<i>Bruno Almeida</i>
<i>Comprador</i>	<i>Gerente Administrativa</i>	<i>Diretor Geral</i>	<i>Diretor Geral</i>
Data	Data	Data	Data
	HDT/ISG	HDT/ISG	HDT/ISG

Israel Moreira da Rocha
Comprador
HDT/ISG - GO