

42

Ord. Compra: 32510 Cód. Integr: Solicitação: 12122 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/11/2021
Fornecedor: 86317 CONTROLAR - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAME
CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94 Insc Est.:
Endereço: ZULMIRO TREVISANI Nr.: Compl.: RUA
Bairro: JARDIM SAO JUDAS TADEU Cep: 13180612
Cidade: SUMARE UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 23/11/2021 à 23/11/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: EMENDA

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
53368 - CABINE DE SEGURANCA BIOLÓGICA CLASSE II				UNIDADE	2,0000	57.565,0000	0,0000	0,00	0,0000	115.130,00

Especificação: CLASSE II TIPO B2 COM 100% DE RENOVAÇÃO DE AR SERVIDO ATRAVÉS DE FILTRO HEPA PARA O EXTERIOR ATRAVÉS DE UM DUTO

- TODO O EQUIPAMENTO DEVE TRABALHAR EM PRESSÃO NEGATIVA INCLUSIVE O DUTO DE EXAUSTÃO, FORÇANDO O AR CONTAMINADO A PASSAR PELO FILTRO HEPA EVITANDO SUA FUGA PARA O LABORATÓRIO;

EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO.

ÁREA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO OU MATERIAL SUPERIOR.

MESA DE TRABALHO DIVIDIDA EM BANDEJAS PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO OU MATERIAL SUPERIOR.

MOTOVENTILADORES DE INSUFLAÇÃO E EXAUSTÃO EQUIPADOS COM PROTEÇÃO TÉRMICA.

JANELA FRONTAL PADRÃO, TIPO BASCULANTE, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE MÁXIMA VISIBILIDADE. INCLUSO COMPLEMENTO REMOVÍVEL PARA FECHAMENTO TOTAL DA ÁREA DE TRABALHO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM OPERAÇÃO.

ÁREA DE ACESSO À SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM ALTURA DE 200 MM.

ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE LÂMPADAS DE LED INTERNAS AO EQUIPAMENTO.

INSUFLAÇÃO E EXAUSTÃO - FILTROS HEPA, CLASSE H14 DE ACORDO COM EN 1822, EFICIÊNCIA 99,995% PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 µM. DIMENSÕES CONFORME PADRÃO INTERNACIONAL.

PRÉ FILTRO SINTÉTICO PLISSADO, CLASSE G4 DE ACORDO COM EN 779, COM 30-35% ASHRAE COLORIMÉTRICO E 92% ASHRAE GRAVIMÉTRICO. DIMENSÕES CONFORME

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Im

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
---------	------------	-----------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

PADRÃO INTERNACIONAL.

TELA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO FILTRO HEPA DE INSUFLAÇÃO LOCALIZADO NO TETO DA ÁREA DE TRABALHO.

BASE DE APOIO CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, DOTADA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO.

AS CABINES DEVEM TRABALHAR COM 100% DE EXAUSTÃO EXTERNA SEM RECIRCULAÇÃO AR.

TODOS OS DUTOS E PLENUM, CONTAMINADOS COM MATERIAL PARTICULADO OU GASES, DEVERÃO ESTAR PERMANENTEMENTE NEGATIVIZADOS, EVITANDO POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE AR CONTAMINADO PARA O AMBIENTE DE TRABALHO.

DEVE POSSUIR CAIXA DE EXAUSTÃO EXTERNA DOTADA DE VENTILADOR, SENSOR DE FLUXO DE AR E INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA AJUSTE ELETRÔNICO DA VAZÃO DE EXAUSTÃO.

CAIXA DE PROTEÇÃO TÉRMICA DOTADA DE RELES TÉRMICOS E FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO.

NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70 DBA.

ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS / 60H.

PAINEL ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO TOUCHSCREEN QUE FORNEÇA AS SEGUINTE FUNÇÕES / INFORMAÇÕES:

- INDICADOR VISUAL PARA SATURAÇÃO DOS FILTROS HEPA:
- CONTROLE ELETRÔNICO DA VELOCIDADE:
- TIMER LIGA/DESLIGA DA CABINE:
- TIMER PARA LÂMPADA GERMICIDA:
- ALARMES SONOROS E AVISOS PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO:
- SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO ENTRE OS VENTILADORES DE INSUFLAÇÃO E EXAUSTÃO:
- SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO PARA LÂMPADA GERMICIDA
- DATA E HORA:
- DATA DA ÚLTIMA CERTIFICAÇÃO AUTORIZADA:
- HISTÓRICO DE REGISTROS E OCORRÊNCIAS NO PAINEL.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V, 60HZ

DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE DA ANVISA

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO

O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE VALIDADO, SENDO QUE O CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO DEVE SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	115.130,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>115.130,00</u>

Ismael Moreira do Rêgo Junior
 Comprador
 HDT / ISG - GO

51

COMPRADOR (A) <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Comprador HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <i>Antonio Jorge de Almeida Maciel</i> Gerente Administrativo Data: HDT/ISG	FINANCEIRO <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral Data: HDT/ISG	DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral Data: HDT/ISG
---	---	--	---

Dra. Lisia de Moura Tomich
Infectologista
CRM-GO 130889 / RQE 8264
DM
DEPI HDT

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG-GO