

Goiânia, 04 de Janeiro de 2022.


COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 002/2022**De** : Supervisão de Enfermagem do Centro Cirúrgico/CME**Para** : Compras**Assunto: Redução da quantidade de compra de pinças de retirada de corpo estranho.**

Prezado,

Venho por meio desta informar que conforme necessidade de contenção de despesas e necessidade de atender a demanda de compra de pinças, solicito a redução da quantidade de compra de pinça. A descrição será conforme a TR nº043/2021, em anexo a esse documento, solicito que seja adquirido apenas duas pinças de retirada de corpo estranho dos tamanhos e diâmetros descrito abaixo:

- 01 unidade de Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 1,8 de diâmetro x180 comprimento;
- 01 unidade de Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 2,3 x180 comprimento.

Atenciosamente,


Sabrina Karla de Lima
Enfermeira Supervisora
CME/CC - HDT/ISG
COREN-GO 422.943

Sabrina Karla de Lima
Enfermeira Supervisora CC/CME
COREN GO - 422.943
Gabriela Alvares
Gerente Operacional
HDT/ISG
Karine B. de Medeiros
Diretora Geral Interna
HDT/ISG

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro com o objetivo de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.


Camila Costa
Gerente Administrativa
HDT/ISG

Goiânia, 04 de Janeiro de 2022.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 002/2022**De** : Supervisão de Enfermagem do Centro Cirúrgico/CME**Para** : Compras**Assunto: Redução da quantidade de compra de pinças de retirada de corpo estranho.**


Prezado,

Venho por meio desta informar que conforme necessidade de contenção de despesas e necessidade de atender a demanda de compra de pinças, solicito a redução da quantidade de compra de pinça. A descrição será conforme a TR nº043/2021, em anexo a esse documento, solicito que seja adquirido apenas duas pinças de retirada de corpo estranho dos tamanhos e diâmetros descrito abaixo:

- 01 unidade de Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 1,8 de diâmetro x180 comprimento;
- 01 unidade de Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 2,3 x180 comprimento.

Atenciosamente,

**Sabrina Karla de Lima**
Enfermeira Supervisora
CME/CC - HDT/ISG
COREN-GO 422.943

Sabrina Karla de Lima
Enfermeira Supervisora CC/CME
COREN GO - 422.943
Gabriela Alvares
Gerente Operacional
HDT/ISG
Karine B. de Medeiros
Diretora Geral Interina
HDT/ISG

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro de comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corrigido, o qual não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.


Camilla Costa
Gerente Administrativa
HDT/ISG

Goiânia, 14 de Junho de 2021.

TERMO DE REFERÊNCIA**TR. Nº 043/2021**

De: Supervisão de Enfermagem CME/ CC

Para: Gerência Administrativa

1. MATERIAL:Item 1: Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada ~~2,3~~ diâmetro X 230 comprimento. 49801Item 2: Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 2,3 diâmetro X 180 comprimento. 49802Item 3: Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 1,8 diâmetro X 180 comprimento. 49803**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL:**

Item 1: Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 2,3 diâmetro X 230 comprimento. Produto autoclavavel. Registro na ANVISA.O dispositivo é fabricado em aço inoxidável e possui uma camada em polietileno que reveste sua estrutura.

Item 2: Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 2,3 diâmetro X 180 comprimento. Produto autoclavavel. Registro na ANVISA.O dispositivo é fabricado em aço inoxidável e possui uma camada em polietileno que reveste sua estrutura.

Item 3: Pinça de corpo estranho tipo jacaré serrilhada 1,8 diâmetro X 230 comprimento. Produto autoclavavel. Registro na ANVISA.O dispositivo é fabricado em aço inoxidável e possui uma camada em polietileno que reveste sua estrutura.

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO:

Flávia ~~Carvalho~~ da Silva
Compradora
HDT/ISG-GO