

Ord. Compra: 20188
Solicitação: 8698
Nº. Processo:

0001-78

Solic: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:05/05/2020

Dt Limite:18/03/2020

Fornecedor: 7711 PHILIPS - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11 Insc Est.:
Endereço: OTTO SALGADO Nr.: 250 Compl.: PREDIO VARGINHA B2 P
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL CLAI Cep: 37066440
Cidade: VARGINHA UF: MG Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):
Telefone Comercial : MARCELO 62 9 9937-2123 E-Mail : MARCELO.CANDIDO@TECHMEDNET.COM

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -
Responsável: ISMAELMRJ CEP: 74884120 UF: GO
Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 05/05/2020 à 05/05/2020 % Desc: VI Desc: VI ICMS:

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Ord. Compra: 20188
Solicitação: 8698
Nº. Processo:

Solic: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:05/05/2020

Dt Limite:18/03/2020

Fornecedor: 7711 PHILIPS - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI,Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
24633 EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA				UNIDADE	1,0000	980.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	980.000,00

Especificação:

*GANTRY

12 MM DE COBERTURA DE DETECTORES OU SUPERIOR
TIPO DOS DETECTORES - ESTADO SÓLIDO
ESPESSURA DE CORTE DE 1 MM OU MENOR
TEMPO DE VARREDURA PARA CORTES DE 360° - NO MÍNIMO 0,8 SEGUNDOS OU MENOR
INCLINAÇÃO DO GANTRY TILT DIGITAL OU EQUIVALENTE.
DIÂMETRO DE ABERTURA - 65 CM OU MAIOR.
*TUBO DO RAO-X
CAPACIDADE ARMAZENAMENTO TÉRMICO - 3,5 MHU OU SUPERIOR - VALOR EFETIVO
CAPACIDADE DE DISSIPACÃO MÍNIMA DE 800 KHU/MIN
REFRIGERAÇÃO - ÓLEO/AR

*GERADOR DE RAO-X

POTÊNCIA - 26 KW OU SUPERIOR - VALOR EFETIVO
FAIXA DE TENSÃO - 80KV OU MENOR, ATÉ 130KV OU MAIOR.
CORRENTE DE 10 ATÉ 230 MA OU SUPERIOR - VALOR EFETIVO

*EXPLORAÇÃO HELICOIDAL

TEMPO MÁXIMO DE SCAN DISPONÍVEL - 100SEG
VOLUME MÁXIMO DE SCAN - 1380 MM OU MAIOR
RESOLUÇÃO ESPACIAL - 14 LP/CM

*MESA

DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 43 CM OU SUPERIOR.
CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO - 200 KG
FAIXA ÚTIL DE SCAN - 1380MM OU SUPERIOR.
PRECISÃO DO MOVIMENTO HORIZONTAL: +/- 0,25 MM

*ACESSÓRIOS

SUPORTE DE CABEÇA
SUPORTE DE CABEÇA CORONAL
SUPORTE DE BRAÇOS
COLCHONETES PARA ACOMODAÇÃO DO PACIENTE
FAIXAS DE CONTENÇÃO
*PROCESSAMENTO DE IMAGEM - CONSOLE
COMPUTADOR - CPU MÍNIMA - PROCESSADOR DUAL 2,66 GHZ
MEMÓRIA RAM - 8 GB
HD DE 500 GB
MONITOR TAMANHO - 19" LCD
PLATAFORMA - WINDOWS
SCAN FOV - 450 MM
MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO - 512X512
TEMPO DE RECONSTRUÇÃO: 10 IMAGENS POR SEGUNDO EM MATRIZ 512 OU SUPERIOR
VISUALIZADOR 2-D SLAB
SOFTWARE PARA AUTOMATISMO DO DISPARO DA AQUISIÇÃO HELICOIDAL DE ACORDO COM A *OPACIFICAÇÃO DO CONTRASTE (BOLUS TRACKING)
SOFTWARE PARA MODULAÇÃO DE CORRENTE DE ACORDO COM A REGIÃO DO CORPO A SER EXAMINADA
MPR - REFORMATACÃO MULTIPLANAR
PROJEÇÃO DE INTENSIDADE MÁXIMA (MIP)
PROJEÇÃO DE INTENSIDADE MÍNIMA (MINIP)
RECONSTRUÇÃO SSD TRIDIMENSIONAL
SOFTWARE PARA ESTUDOS DINÂMICOS (DYNAMIC SCAN)
VIRTUAL ENDOSCOPY
RECONSTRUÇÃO ITERATIVA
REDUTOR DE ARTEFATOS METÁLICOS
VOLUME RENDERING (RENDERIZAÇÃO DE VOLUMES)
PROTOCOLO DICOM 3.0 (SEND/ RECEIVE/STORAGE/WORKLIST)

*IMAGEM

TAMANHO DO MONITOR - 19" LCD
MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO - 1024X1024
ACESSÓRIOS RELACIONADOS AO TOMÓGRAFO
TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO
NOBREAK PARA O CONSOLE PROPORCIONADO ATÉ 30 MINUTOS DE RESERVA DE BATERIA PARA O CONSOLE
FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO
SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DE TENSÃO INTERNA OU DEVE-SE FORNECER UM ESTABILIZADOR DE TENSÃO EXTERNO AO EQUIPAMENTO CASO NÃO POSSUA O INTERNO.

Ord. Compra: 20188
 Solicitação: 8698
 Nº. Processo:

Solic: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:05/05/2020
 Dt Limite:18/03/2020

Fornecedor: 7711 PHILIPS - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
Total dos Produtos(=):										980.000,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
										980.000,00

COMPRADOR <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Comprador HDT/ISG-GP	ADMINISTRATIVA Data <i>Antônio Jorge de A. Mascioli</i> Gerente Administrativo HDT/HAA	FINANCEIRA COORDENADORIA DE DOENÇAS TROPICAIS <i>Diego Raul Iguaes</i> Coord. Financeiro ISG-HDT	DIRETORIA Data <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral HDT/ISG
---	--	--	---