

PROPOSTA COMERCIAL — SERVIÇOS AVULSOS

EQ-20260630-001 • 30 de junho de 2026

DADOS DO CLIENTE

Empresa: Instituto Socrates Guanaes - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

ESCOPO DOS SERVIÇOS

#	Descrição do Serviço	Norma	Valor (R\$)
01	Suporte Resistência Lavadora - Peça de Reposição Fornecimento de suporte de resistência para lavadora SW2000/SW3000, peça original.	Compatível com SW3000 WJ - KIT AUTO	R\$ 84,40
02	Pé Cesto SW2000 - R1 - Peça de Reposição (Conjunto 4 un.) Fornecimento de kit com 4 unidades de pé do cesto para lavadora SW2000, peça original.	Compatível com SW3000 WJ - KIT AUTO	R\$ 337,60
VALOR TOTAL			R\$ 422,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Forma de Pagamento PIX — pagamento à vista	Prazo de Entrega Em até 12 dias úteis
Validade da Proposta 07/07/2026	Documentação Emitida Nota fiscal

Chave PIX: 59.161.519/0001-02 (CNPJ)

Valor: R\$ 422,00 • Favorecido: E.Quality Soluções e Engenharia Ltda.

OBSERVAÇÕES

As peças enviadas possuem garantia de 3 meses para defeito de fábrica.

Amanda Vieira Prado

Diretora de Operações — E.Quality

Instituto Socrates Guanaes - HDT

Responsável / Aprovação

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Brécia Moreira Barros, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Daniela Honorato da Silva Guimarães.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FW5KC-7W9MS-L4NL5-PT5XG>





PROPOSTA

Cotação nº
2026/0297

DATA DE EMISSÃO
03/07/2026

A
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT
CNPJ: 03.969.808/0003-31
ATT. Sra. Edna

Item	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Unit.	Valor
01	01	SUPORTE RESISTENCIA LAVADORA 116.001	45,00	45,00
02	04	PÊ CESTO SW2000/ 3000	45,00	180,00
03	01	FRETE SEDEX	66,00	66,00
		DESCONTO		-16,00
TOTAL			R\$ 275,00	

CONDIÇÕES GERAIS:

Pagamento: A VISTA

Validade da proposta: 10 Dia

Prazo de entrega: 7 DIAS

Consultor: Luciano Mesquita 62 99298-9000

Dados bancários

Banco: SICOOB - 756

Agência: 5004 C/C 11795514

Chave PIX: CNPJ 64.846.649/0001-00

GOIÂNIA, 03 DE JULHO DE 2026

AUTORIZO A EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ACIMA RELACIONADO

____/____/____

ASSINATURA POR EXTENSO/CARIMBO

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Brécia Moreira Barros, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Daniela Honorato da Silva Guimarães.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FW5KC-7W9MS-L4NL5-PT5XG>

.. **Contato:** (62) 99298-9000

• **Endereço:** Av. Vasco dos Reis, 637 – Qd. 51, Lt. 02, Sala 04 Jd. Vila Boa – Goiânia/GO
CEP: 74360-460





Sanders do Brasil Ltda. - CNPJ:05.756.359/0001-07
Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, nº 500 - Bairro Vianna
Santa Rita do Sapucaí - MG / CEP: 37540-000
www.sanders.com.br - sanders@sandersdobrasil.com.br
Tel: (35) 3473-7550

ORÇAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Nº012783 REV.0

Pag.: 01 de 01

Nome: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3310 - Bairro: JD GOIAS

Município: GOIANIA/GO Cep: 74810-907

Vendedor: ASSISTENCIA TECNICA

Produto: LAV. SW3000 WJ - KIT AUTO

Nº Série: SW3A000391

Data Emissão: 17/06/2026

Data Validade: 24/06/2026

Telefone: (62) 91018759

OS:

Senhor Cliente, segue orçamento solicitado:

Item	Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor (R\$) Unitário	Valor Total	Tipo	Aprovado
001	116.001.SUP	SUPORTE RESISTENCIA LAVADORA -	UN	1,00	41,00	41,00		Sim
002	116.001.034	PE CESTO SW2000 - R1	UN	4,00	41,00	164,00		Sim

Condições Comerciais

Frete: Frete incluso

Transportadora: CORREIO - PAC

Condições de pagamento: A VISTA

Prazo entrega: IMEDIATO

Informações adicionais:

Favor confirmar o pedido com os dizeres: "Orçamento Aprovado" juntamente com dados cadastrais completos
Endereço, CNPJ ou CPF.

Contas para depósito:

Banco 237 - Bradesco

Agência: 1875-9

Conta Corrente: 21300-4

Correntista: Sanders do Brasil LTDA

CNPJ / PIX: 05.756.359/0001-07

** COMPENSAÇÃO PARA DEPÓSITOS EM DINHEIRO 1 DIA APÓS O DEPÓSITO **

** COMPENSAÇÃO PARA DEPÓSITOS EM CHEQUE 2 DIAS APÓS O DEPÓSITO **

Enviar o comprovante de depósito para liberação.

Faturamento Mínimo R\$1.000,00.

Esse documento foi assinado por Edna da Costa Cunha, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Bráucia Mbreira Barros, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Daniela Honorato da Silva Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar>



Goiânia, 13 de agosto de 2026.

Assunto: Parecer técnico de análise das propostas para aquisição de material para manutenção corretiva da lavadora ultrassônica Sanders SE3000 WJ - TR nº 023/2026

1. OBJETIVO

O presente parecer técnico tem por objetivo analisar, sob o ponto de vista da Engenharia Clínica, as três propostas comerciais apresentadas para aquisição de peças destinadas à manutenção corretiva da lavadora ultrassônica Sanders, modelo SE3000 WJ, TAG HDT-1098, instalada no Centro de Material e Esterilização - CME do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad - HDT.

A análise foi realizada com base no Termo de Referência nº 023/2026, considerando a aderência técnica dos itens ofertados, compatibilidade com o equipamento, quantidade solicitada, prazo de entrega, garantia, valor apresentado e vantajosidade para a unidade.

2. DOCUMENTOS ANALISADOS

Foram analisados os seguintes documentos apresentados no processo:

- Termo de Referência nº 023/2026 - Aquisição de material para manutenção corretiva da lavadora ultrassônica Sanders SE3000 WJ;
- Proposta comercial da empresa Sanders do Brasil Ltda.;

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra manuscrita e em forma) datado, assinado e carimbado.

- Proposta comercial da empresa RenovaMed Comércio e Manutenção em Equipamentos Médicos Ltda.;
- Proposta comercial da empresa E.Quality Soluções e Engenharia Ltda.

3. DA NECESSIDADE TÉCNICA

Conforme descrito no Termo de Referência, a aquisição dos materiais justifica-se pela necessidade de restabelecer a plena condição operacional da lavadora ultrassônica Sanders, modelo SE3000 WJ, TAG HDT-1098, instalada no CME do HDT.

Durante avaliação técnica, foi identificado dano físico por desgaste natural de uso, com derretimento das peças, comprometendo sua função estrutural e de isolamento. O suporte da resistência e os pés do cesto possuem função essencial na fixação e no isolamento elétrico do conjunto de aquecimento da lavadora, sendo necessários para reduzir riscos de instabilidade mecânica, fuga de corrente, curto-circuito, choque elétrico e aquecimento anormal durante a operação.

Considerando que a lavadora ultrassônica é equipamento de apoio essencial ao processamento de produtos para saúde, sua indisponibilidade compromete a rotina do CME, aumenta a dependência de métodos manuais e pode impactar a segurança do processo de limpeza e esterilização dos materiais utilizados na assistência.

4. REQUISITOS TÉCNICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência nº 023/2026 solicitou os seguintes itens:

Item	Descrição solicitada	Código/Referência	Quantidade
1	Suporte resistência lavadora	116.001.SUP	01 unidade
2	Pé cesto SW2000 - R1	116.001.034	04 unidades

5. ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPOSTAS

As propostas apresentadas foram avaliadas quanto à aderência aos itens solicitados no TR, compatibilidade com a lavadora, prazo de entrega, garantia e valor total informado. O comparativo encontra-se a seguir:

Empresa	Valor total	Prazo	Garantia	Aderência técnica	Status
Sanders do Brasil Ltda.	R\$ 275,00	Imediato	Não especificada	Códigos idênticos ao TR: 116.001.SUP e 116.001.034. Fabricante do equipamento.	Classificada tecnicamente
RenovaMed Comércio e Manutenção	R\$ 275,00	7 dias	Não especificada	Compatibilidade aparente;	Classificada tecnicamente

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra manuscrita, desde que seja datado, assinado e carimbado).

Empresa	Valor total	Prazo	Garantia	Aderência técnica	Status
em Equipamentos Médicos Ltda.					
E.Quality Soluções e Engenharia Ltda.	R\$ 422,00	Até 12 dias úteis	3 meses	Peças declaradas como originais e compatíveis com SW3000 WJ - KIT AUTO.	Classificada tecnicamente

6. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS PROPOSTAS

6.1. Sanders do Brasil Ltda.

A proposta da Sanders do Brasil Ltda. apresenta os itens exatamente conforme solicitados no Termo de Referência: suporte resistência lavadora, código 116.001.SUP, quantidade 01 unidade, e pé cesto SW2000 - R1, código 116.001.034, quantidade 04 unidades. A proposta também identifica o produto como LAV. SW3000 WJ - KIT AUTO, com número de série SW3A000391, demonstrando aderência ao equipamento objeto da manutenção.

O valor total informado é de R\$ 275,00, incluindo frete, com prazo de entrega imediato. Do ponto de vista técnico, trata-se da proposta com maior segurança de compatibilidade, uma vez que é apresentada pela fabricante do equipamento e utiliza os códigos idênticos aos descritos no TR.

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra manuscrita, desde que em forma) datado, assinado e carimbado.

6.2. RenovaMed Comércio e Manutenção em Equipamentos Médicos Ltda.

A proposta da RenovaMed apresenta suporte resistência lavadora, referência 116.001, quantidade 01 unidade, e pé cesto SW2000/3000, quantidade 04 unidades, além de frete Sedex, desconto e valor total de R\$ 275,00. O prazo de entrega informado é de 7 dias.

Os itens ofertados apresentam compatibilidade aparente com a necessidade do TR. Entretanto, observa-se que a descrição do suporte não apresenta o sufixo completo 116.001.SUP, e o pé do cesto não explicita o código 116.001.034.

Sob o ponto de vista técnico, a proposta pode ser considerada classificada, por compatibilidade integral dos itens com as referências solicitadas no Termo de Referência.

6.3. E.Quality Soluções e Engenharia Ltda.

A proposta da E.Quality contempla suporte de resistência para lavadora SW2000/SW3000, peça original, compatível com SW3000 WJ - KIT AUTO, e kit com 04 unidades de pé do cesto para lavadora SW2000, também declarado como peça original e compatível com SW3000 WJ - KIT AUTO.

A proposta informa valor total de R\$ 422,00, prazo de entrega de até 12 dias úteis, documentação por nota fiscal e garantia de 3 meses para defeito de fábrica. Do ponto de vista técnico, os itens ofertados atendem à finalidade da aquisição e apresentam compatibilidade declarada com o equipamento.

Apesar do atendimento técnico, a proposta apresenta maior valor total e maior prazo de entrega em relação às demais propostas analisadas. Assim, embora tecnicamente classificada, não se mostra a opção mais vantajosa sob o aspecto econômico e operacional.

7. DA VANTAJOSIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

A necessidade assistencial e operacional é clara, pois a lavadora ultrassônica é equipamento essencial à rotina do CME e os componentes solicitados são necessários para recompor a condição funcional e segura do equipamento.

Do ponto de vista técnico, a proposta da Sanders do Brasil Ltda. apresenta a maior aderência ao Termo de Referência, pois informa os códigos exatamente iguais aos solicitados, está vinculada ao modelo da lavadora e é emitida pela fabricante do equipamento. Além disso, apresenta prazo de entrega imediato.

Do ponto de vista econômico, Sanders e RenovaMed apresentam o mesmo valor total informado de R\$ 275,00. A E.Quality apresenta valor superior, de R\$ 422,00, e prazo de entrega maior. Dessa forma, a E.Quality, embora tecnicamente classificada, não apresenta a melhor vantagem econômica.

8. CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise do Termo de Referência nº 023/2026 e das três propostas apresentadas, esta Engenharia Clínica conclui que todas as propostas analisadas apresentam atendimento técnico à necessidade da unidade.

Roberto Petronio Naves Ribeiro
Engenheiro Clínico
ISG/HDT

Assinado eletronicamente por:
ROBERTO PETRONIO NAVES RIBEIRO
CPF: ***.789.891-**
Data: 13/08/2026 08:42:28 -03:00

MUNDO DIGITAL

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra manuscrita e em forma) datado, assinado e carimbado.